

【일련번호 2】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 본원 핵의학과

【처 분 종 류】 경고

【제 목】 의료기기(심장충격기) 일상점검 관리 소홀

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

핵의학과는 「의료기기 관리 규정(4주기 급성기병원 인증기준)」에 따라 환자의 진료와 치료를 목적으로 사용되는 의료기기가 적시에 정확하게 작동 될 수 있도록 위험도 평가에 의해 분류된 의료기기를 점검주기에 따라 예방점검 및 지속적인 유지관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령(판단기준)

4주기 급성기병원 인증기준 「의료기기 관리 규정」에 병원의 자산으로 등재되어 사용하는 모든 의료기기는 위험도에 따라 점검 주기를 정하고 “예방점검은 사용부서에서 의료기기를 직접 사용하는 사용자가 실시하는 일상점검과 의공학과 또는 외주업체에서 주기적으로 실시하는 정기점검으로 구분된다.”고 규정하고 있다.

일상점검은 환자에게 적용되는 의료기기에 대하여 청결 및 외관상태, 정상작동, 날짜/시간 일치여부 등 사용자가 간단히 실시하는 점검으로 매일 실시하되, 매일 사용하지 않는 의료기기는 사용하기 직전에 실시(단, 심장충격기의 경우 매일 기록·보관)하고, 점검표에는 자산명, 자산번호, 점검시기, 배터리 충전상태, Paddle 파손 유무, 날짜/시간의 정확성 등 점검항목에 대한 점검내역, 점검자 등의 내용을 포함하도록 하고 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 본원 핵의학과의 의료기기(심장충격기) 일상점검표를 점검한 결과, 점검자가 휴가(출장)일에도 [표2] 과 같이 의료기기(심장충격기)를 점검하였다고 서명한 사실을 확인하였다.

[표2] 의료기기(심장충격기) 일상점검 불철저 현황

연번	성명	휴가유형	휴가일	점검일
1	김**	교육휴가	2023-01-13	2023-01-13
2	김**	보건휴가	2023-01-27	2023-01-27
3	김**	보건휴가	2023-02-17	2023-02-17
4	김**	보건휴가	2023-03-31	2023-03-31
5	김**	출장	2023-04-14	2023-04-14
6	김**	보건휴가	2023-04-28	2023-04-28
7	김**	보건휴가	2023-05-26	2023-05-26
8	김**	보건휴가	2023-06-16	2023-06-16
9	김**	보건휴가	2023-07-14	2023-07-14
10	김**	보건휴가	2023-08-25	2023-08-25
11	김**	보건휴가	2023-09-15	2023-09-15
12	김**	보건휴가	2023-10-06	2023-10-06
13	김**	출장	2023-10-20	2023-10-20
14	김**	감정노동휴가	2023-12-08	2023-12-08
15	김**	보건휴가	2023-12-29	2023-12-29
16	김**	보건휴가	2024-01-19	2024-01-19
17	김**	보건휴가	2024-02-16	2024-02-16
18	김**	보건휴가	2024-03-29	2024-03-29
19	김**	교육휴가	2024-04-12	2024-04-12
20	김**	보건휴가	2024-04-19	2024-04-19
21	김**	출장	2024-05-17	2024-05-17
22	김**	보건휴가	2024-05-24	2024-05-24
23	김**	보건휴가	2024-06-28	2024-06-28
24	김**	감정노동휴가	2024-07-12	2024-07-12
25	김**	보건휴가	2024-07-26	2024-07-26
26	김**	출장	2024-08-22	2024-08-22
27	김**	보건휴가	2024-08-23	2024-08-23

4. 판단요지

의료기기 일상점검표 작성의 목적은 점검내용을 명확히 함으로써 ① 의료기기의 오작동을 예방, ② 안전한 의료서비스의 질을 향상, ③ 환자 안전을 위한 환경을 제공하기 위함이다. 그럼에도 불구하고 [표2]에서 확인된 바와 같이 점검자의 허위 문서 작성행위는 부실 점검 또는 일상점검을 소홀히 한 반증이며 이는 환자 안전을 위협하는 심각한 사안이다.

특히 심장충격기와 같은 고도의 위해성을 갖는 고위험 의료기기의 부실점검은 환자의 생명유지에 직접적이고 치명적인 결과를 초래할 수 있는 문제로 이어질 수 있는 바, 운용중인 장비의 업무 중단 방지와 기기 성능상태의 최적 유지를 위해 보다 충실하고 철저한 예방점검이 요구된다. 이를 위해 점검여부, 점검내용, 점검자 등을 명확히 하여 기기의 안전성을 확보하고, 점검자의 책임 소재를 분명히 하여야 한다.

또한 의료기기 예방점검과 관련하여 감사실에서 “의료기기 예방점검 및 정도관리 철저 요청(감사실-1474(2022.09.05.))”에 따라 “추후 동일한 지적사항이 발생할 경우 관리담당자 및 관리자에 대해서는 엄중히 조치하겠다”고 공지한 바, 본원 핵의학과는 재발 방지에 만전을 기하여야 할 것이다.

의료기기(심장충격기)의 일상점검은 단순한 기록물이 아니라, 환자의 생명을 지키기 위한 필수적인 절차이며, 고위험 의료기기의 점검은 필요 불가결하므로 예방적 점검활동에 소홀함이 없도록 하여야 하고, 「자산관리지침」 제5조 4항에 의거 자산운용담당의 정·부체제를 명확히하여 점검자의 부재 시 자산의 적정한 관리와 효율적인 운용에 만전을 기해야 한다.

【처 분 요 구】

전남대학교병원장은 추후 동일한 지적사항이 발생되지 않도록 의료기기 예방점검 지침을 준수하여 점검표 작성 및 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(경고-본원 핵의학과)