

【일련번호 5】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 본원 핵의학과

【처 분 종 류】 주의

【제 목】 방사선 방호장비(Apron) 검사 불철저

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

본원 핵의학과는 우리 병원에서 방사선동위원소, 치료용·진단용 방사선발생장치 취급 및 기타 방사선 작업과 관련된 방사선에 노출되거나 노출 우려가 되는 경우 방사선 피폭을 미연에 방지할 수 있도록 방사선 방호장비의 관리를 철저히 하고자 개인용 방사선 방호장비 관리 매뉴얼을 작성하였다.

2. 관계 법령(판단기준)

「핵의학과 업무편람(2024. 3.)」 바. 보호구 착용 및 관리에 “방사선 방호장비(Apron)는 일련번호를 부여하고, 육안검사는 연 2회, 투시검사는 연 1회 실시하고, 점검결과를 문서화한다.”, 「방사선 방호장비 관리 매뉴얼(Apron)」에 “육안검사는 매년 5월, 11월에 하고 투시검사는 매년 5월에 한다.”고 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 본원 핵의학과 방사선 방호장비(Apron) 검사 내역을 점검한 결과, 2024년에는 육안검사와 투시검사를 5월에 하지 않고 8월에 한 사실을 확인하였다.

4. 판단요지

방사선 방호장비(Apron)의 검사는 육안검사와 투시검사로 분류하며, 육안검사는 최초 상태 유지 및 기타 파손 등의 유무를 매 사용 시마다 확인하는 것이고 투시검사는 방사선을 투과하여 방사선 방호장비의 내부 파손 여부를 파악하는 것으로 점검결과를 문서화하고 있다. 특히, 매뉴얼에서 매년 5월에는 육안검사와 투시검사를 실시하고 11월에는 육안검사를 한다고 정하고 있는 사유는 6개월의 일정한 기간을 정해서 검사를 함으로써 이상 징후를 사전에 발견하여 방사선 안전 관리에 철저를 기하기 위함으로 보인다.

〈피감부서 의견〉 핵의학과는 2024년 7월에 방사선 방호장비(Apron) 3개를 구매한 후 전체 장비의 육안검사와 투시검사를 8월에 하였고, 11월에 육안검사를 할 예정이라는 의견을 제시하였다.

하지만 편람과 매뉴얼에 “방호장비를 구매한 경우에는 사용 전에 반드시 육안검사 및 투시검사를 실시하여야 한다.”고 정하고 있으므로 구매와 별개로 2024년 5월에 육안검사와 투시검사를 실시하였어야 한다.

최근 타 기관에서 방사선 피폭 사고가 빈번하게 발생하고 있으므로 핵의학과에서는 방사선 안전 관리에 대한 경각심을 가지고 방사선과 관련된 안전 시스템을 정기적으로 점검하고 필요한 경우 즉각적인 개선 조치를 취하도록 하여야 할 것이다.

【처 분 요 구】

전남대학교병원장은 방사선 방호장비 관리 매뉴얼(Apron)에 정한 주기에 맞춰서 검사를 실시하여 철저한 안전 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.(주의-본원 핵의학과)