

# 감사결과 처분요구서

시행일자: 2025. 2.17.  
관계기관: 공단 안전총괄팀  
처분요구: 시정  
제 목 : 심정지 응급처치 자동심장충격기(AED) 관리 부적정  
[처분요구내용]

## 1. 업무 개요(사실관계)

공단 품질안전본부 안전총괄팀(이하 “공단 안전총괄팀”이라 한다)에서는 2014년 5월부터 2024년 5월 까지 본사 및 월성 중저준위사업본부 주요 장소에 심폐소생 자동심장충격기(AED)를 설치하여 직원이 갑작스러운 심정지 응급상황이 발생했을 경우 응급조치를 위해 운영하고 있다.

## 2. 관계 규정(판단기준)

공단 안전총괄팀에서는 「응급의료에 관한 법률」 제47조의2(심폐소생을 위한 응급장비의 구비 등의 의무) 등에 따라 임직원의 심정지 응급처치 심폐소생을 위해 자동심장충격기를 본사 식당 및 월성 중저준위사업본부 행정동 등에 설치하여 운영하고 있다.

## 3. 검토 결과(확인된 문제점)

공단 안전총괄팀에서는 [표]와 같이 본사 및 월성 중저준위사업본부 주요 장소에 자동심장충격기를 설치하여 점검관리는 관련 부서에 일임하고, 일부는 실무부서에서 설치하여 관리하고 있다. 그리고 패드, 건전지 등 보강장비 관리가 체계적으로 이루어지지 않고 있다.

[표] 공단 심장제세동기(AED) 운영 현황

| 사업장          | 번호 | 위치                    | 설치시기     | 구매부서  | 점검부서             |
|--------------|----|-----------------------|----------|-------|------------------|
| 본사           | 1  | 본관                    | 2016. 6. | 안전총괄팀 | 안전총괄팀            |
|              | 2  | 식당동                   |          |       | 처분시설안전팀          |
| 중저준위<br>사업본부 | 3  | 행정동                   | 2014. 5. |       | 방사선환경팀           |
|              | 4  | 동굴처분시설<br>(사일로 보건물리실) | 2016. 6. |       |                  |
|              | 5  | 환경실험실                 | 2024. 2. |       |                  |
|              | 6  | 인수저장건물                |          |       |                  |
|              | 7  | 지상지원시설<br>(보건물리실)     | 2024. 5. | 안전총괄팀 | 행정운영팀<br>처분시설안전팀 |
|              | 8  | 코라디움                  | 2016. 6. |       |                  |
|              | 9  | 동굴설비건물(수직구)           |          |       |                  |

|  |    |          |           |       |       |
|--|----|----------|-----------|-------|-------|
|  | 10 | 운반차량 차고  | 2022. 12. | 처분운반팀 | 처분운반팀 |
|  | 11 | 운반용기 저장고 |           |       |       |

그 결과 공단에 설치한 자동심장충격기 관리 부실로 심정지 응급처치 상황이 발생했을 경우 응급조치가 제대로 이루어지지 않을 수 있다.

#### 4. 관계자 의견

공단 안전총괄팀에서는 자동심장충격기 설치가 관련 법령에 따른 의무 설치 대상은 아니며, 사업장 내 응급상황에 대비하여 본사 안전총괄 부서가 주관하여 본사, 월성 일부 처분시설에 기기를 설치하였고, 월성 실무부서에서도 자체적으로 설치하여 월별 점검 관리를 하고 있다고 하였다. 또한 안전총괄팀에서 설치한 처분시설 내 자동심장충격기는 시설관리 부서에 일임하여 점검 관리하고, 보강장비는 안전총괄팀에서, 일부는 해당부서에서 구매 관리한다고 하였다.

#### 5. 처분요구 사항

공단 안전총괄팀은 응급상황 발생 시 신속한 응급처치를 위해 자동심장충격기 보강장비 구매 관리 등 운영 업무를 총괄하여 임직원의 심정지 응급처치 상황 발생 시 신속히 대처할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. **【시정 요구】**