

1. 업무개요

광주전남제주환경본부(○○○○○처 ◀◀◀◀부, 이하 “◀◀◀◀부”라 함)는 토양환경보전법 제13조(토양오염검사)에 따른 토양오염도 검사 분석 및 물환경보전법 시행규칙 제47조(시운전 기간 등)에 따른 수질오염도 검사 등을 위해 실험실을 운영하고 있다.

[표 1] 실험실 현황

구분	내용
위치	한국환경공단 광주전남제주환경본부 0층
면적	000㎡(약 000평)
구성	-----실(0), -----실, ---실, --실, --실, --실, -----실
분석장비	-----기(--/--) 등 0종 00대
부대장비	-----(------), ----- 등 00종 00대

2. 관련규정 및 판단기준

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제18조의2(시험·검사기관의 정도관리) 제7항에 의하면 시험·검사등에 필요한 시료의 채취·의뢰, 시험·검사등의 기록 유지·관리 등에 관한 세부사항은 ◆◆부장관이 정한다고 되어있고, 「환경분야 시험·검사 업무처리규정」(◆◆부고시 제0000-000호) 제4조(시험·검사기록) 제3항에 의하면 시험·검사기록물의 서식은 시험·검사기관이 해당 기관의 특성 등을 고려하여 작성하고, 이를 정도관리 품질문서에 포함하여야 한다고 되어 있다.

◀◀◀◀부는 품질경영지침서-작업표준물 관리 지침서-5.2.6.에 표준물질 및 시약을 구매하면 표준물질 관리대장(KecoH-QW 양식-S0006-01), 시약 및 용액의 관리대장(KecoH-QW 양식-S0006-04)에 관련 내용을 기록 유지한다고 정하였다.

[표 2] 기록 및 보존년한

순번	양 식 명	양식번호	작성	검토	승인	보 존	
						기간	부서
1	표준물질 관리대장	KecoH-QW 양식-S0006-01	실무자	-	기술 책임자	5년	해당부서
2	표준물질 희석사용일지	KecoH-QW 양식-S0006-02	실무자	-	-	5년	해당부서
3	표준가스 관리대장	KecoH-QW 양식-S0006-03	실무자	-	기술 책임자	5년	해당부서
4	시약 및 용액 월간 관리대장	KecoH-QW 양식-S0006-04	실무자	-	기술 책임자	5년	해당부서
5	주요 시험분석 기구 성능기준 및 시약 규격표	KecoH-QW 양식-S0006-05	실무자	-	-	5년	해당부서

또한, 품질경영절차서-시설 및 환경조건 절차서-5.4.5에 의하면, 모든 시험실은 청결 상태를 유지하여 먼지나 기타 오염물질로 인한 시험 결과에 영향을 미치는 상황이 발생치 않도록 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◀◀◀◀부는 0000년 00월 구매한 시약 및 표준물질 등 00건에 대한 관리대장 작성을 부적정하게 하였으며, 작성이 누락된 시약·표준물질 중 일부는 강산·유기용제 등 인체에 유해한 성분이 포함되어 있고, 고가(000천원/개)로 각별한 관리가 필요하였다.

[표 3] 누락된 시약 및 표준물질


(단위: 개)

연번	구분	시약명	대장수량 (A)	실제수량 (B)	차이 (B-A)	단가(원)	비고
1	시약	---	0	0	2	00,000	
2		-----(-용)	-	0	1	00,000	
3		-----(-용)	-	0	1	00,000	
4		-----	0	0	4	00,000	
5		--	0	0	4	0,000	
6		--	0	0	4	0,000	
7		--- -----	00	00	1	00,000	
8	표준물질	--- ----	-	0	5	000,000	
9		--(-)-- ----	-	0	5	00,000	
10		--- ----	-	00	10	00,000	
11		--- ----	0	0	1	-	폐기

또한, ◀◀◀◀부는 실험 후 국소배기장치(후드)를 정리하지 않거나 본체 불용 후의 초음파추출기(추출기 부분) 및 파손된 증류장치초자(유리병)를 실험실 내에 방치하는 등 실험실의 적절한 실험 환경조건을 위한 청결 상태를 부적정하게 유지 하였다.

[그림 1] 실험실 전경 및 방치된 파손물품





③ 본체 불용 후 방치된 초음파추출기(추출기 부분)



④ 파손 후 방치된 증류장치초자(유리병)

4. 관련자(부서) 의견

문제 사항에 대하여 즉시 전파하고 숙지하여 실험실의 적절한 환경조건 유지 등 실험실 운영 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 관리대장 기록 및 실험실 적절 환경조건 유지 등 실험실 운영 관리업무를 부적정하게 한 광주전남제주환경본부 ○○○○○처 ◀◀◀◀부 ㉠급 ㉠㉠㉠ 및 광주전남제주환경본부 ○○○○○처 ◀◀◀◀부 ♣급 ㉠㉠㉠에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】