

1. 업무개요

충청권환경본부(충청지사 ○○○○○부, 이하 “○○○○○부”라 함)는 공단 「직제규정 세칙」에 따라 폐기물부담금제도 운영·관리, 생산자책임재활용제도 운영·관리, 전기·전자제품 및 자동차의 환경성보장제 운영 업무를 수행하고 있다.

자원순환제도를 운영하면서 제도대상 사업장의 출고실적, 재활용사업자의 재활용 실적 등 조사업무를 연간 약 ===여회 수행하고 있으며, 이때 전기식지시 저울을 측정 기기(=대)로 활용하고 있다.

2. 판단기준

「국가표준기본법」 제14조(국가교정제도의 확립)에 따르면 정부는 국가측정표준과 국가사회의 모든 분야에서 사용하는 측정기기 간의 소급성을 높이기 위하여 국가교정제도를 확립하여야 하며 측정기기는 주기적으로 교정을 실시하도록 규정하고 있다.

「국가교정기관 지정제도 운영요령」 제40조(교정대상 및 주기)에는 측정기를 보유 또는 사용하는 자는 주기적으로 해당 측정기를 교정하여야 하고, 합리적이고 적절한 주기로 수행될 수 있도록 교정대상 및 적용범위를 자체 규정으로 정하여 운용할 수 있으며, 자체적인 교정주기를 과학적이고 합리적으로 정할 수 없을 경우에는 국가기술표준원장이 별도로 고시하는 교정주기를 준용한다고 규정하고 있다.

이에 따른 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」[국가기술표준원 고시 제

2020-0105호] 제3조(교정대상) 및 제4조(교정주기)에 따라, 측정기의 교정대상과 교정 주기는 별표2[표2] 및 「국가기술표준원 저울 정기검사 지침(2020년도)」의 정기검사 주기에 따르면 전기식지시 저울은 2년에 한 번씩 정기검사를 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○부는 생산자책임재활용제도, 폐기물부담금제도, 환경정보장제도 업무 수행 중 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 제9조와 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률 시행령」 제22조에 따라 제도대상 사업장에 대한 출고수입실적조사, 혼입비율조사를 실시하고 있다.

조사를 위하여 전기식지시 저울을 사용할 때 조사기관으로서 전문성을 유지하고 조사결과의 적정성, 신뢰성을 확보하기 위하여 측정기구의 주기적 교정과 검사가 필요하다.

그러나 ○○○○부에서 보유하고 있는 전기식지시 저울 =대는 「국가기술표준원 저울 정기검사 지침(2020년도)」에서 규정한 2년 주기로 교정검사를 시행하지 아니하고, ‘=. =. =. 교정검사 이후 차기 교정검사 도래일(‘=. =. =.)로 부터 약 =년을 지난 감사일(‘=. =. =.) 현재까지 지침에서 정한 교정검사를 시행하지 않은 저울로 ===회 조사업무를 수행하는 등 측정기인 저울 관리를 소홀히 한 사실이 있다.

[표 29] 전기식지시 저울 검사주기 도래일 이후 업무(조사) 실시 현황

구 분	제작사 (모델명)	용 량	구매일자	교정일자	계	조사실적(건)				비고
						'=	'=	'=	'=	
						=	=	=	=	
EPR 출고수입실적조사	= (=-000)	=g	=년=월	=.=.=.	=	=	=	=	=	사용중
	= (=-000)	=kg	=년=월	=.=.=.	-	-	-	-	-	미사용 (노후화)
EPR 혼입비율조사	= (=)	=kg	=년=월	=.=.=.	=	=	=	=	=	사용중
환경성보장제 출고수입실적조사	= (=-000)	=kg	=년=월	=.=.=.	=	=	=	=	=	사용중
폐기물부담금 혼입비율조사	= (=)	=kg	=년=월	=.=.=.	=	=	=	=	=	사용중
	= (=-000)	=kg	=년=월	=.=.=.	-	-	-	-	-	미사용 (노후화)

4. 관련자(부서) 의견

관련 부서에서는 해당 전기식지시 저울 정기 교정검사는 지적사항으로 확인된 후 금년도 실적점검 기간이 도래하기 전인 =====년 =월에 조속히 실시하였고, 교정전후 교정값이 '0'으로 확인되어 교정기기로 발생한 오차는 없는 것으로 확인되었음을 제시하였다.

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 자원순환제도 운영에 사용하는 전기식지시 저울 교정검사를 소홀히 한 충청권환경본부 〰〰지사 〰〰〰〰부에 “주의” 조치 하시기 바랍니다. 【주의】