

감사결과처분요구서

일련번호	8	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할부서)	△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△)	처분요구 일자	2022.02.15.	회신 기일	2022.03.14.

△△△△△△△△△△

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 휴대용 심장충격기 보관 개선 필요

관 계 기 관 △△△△△△△△△△

내 용

1. 현 황

- 공단 「물품관리규칙」 제9조에 따르면, 물품사용자는 물품관리에 관한 규정을 준수하여야 하며, 선량한 관리자로서의 의무를 다하여야 함

2. 지적내용

- △△△△△△△ △△△분소는 현장에서 발생하는 심장돌연사 사고의 신속한 조치를 위해 휴대용 심장충격기(AED)를 고정형 심장충격기 보관함 상단에 비치하여 사용하고 있으나, 분실방지 등을 위하여 별도의 장소에 분리하여 보관하는 등 관리 개선이 필요

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - 대용 심장충격기(AED)를 별도의 장소에 분리하여 보관
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책을 마련