

2024년 설연휴 대비

공직복무확립 기강감사 결과

I 처분요구 및 통보사항

번호	업무 분야	제 목	처 분 종 류	관 련 자 (관련부서)
1	액법	LPG특정사용시설 완성검사 결과 통보방법 미준수	통보 시정	○○광역본부 △△본부
2	공통	기술장비 유지 및 기록 관리에 관한 사항	현지조치 시정	○○광역본부 △△본부
3	공통	시설검사 결과 결재 미상신 및 지연 보고	현지시정 기관주의	△△본부
4	공통	재난관리책임기관 안전관리계획 작성에 관한 사항	시정	△△본부

현지조치·시정

제 목 기술장비 유지 및 기록 관리에 관한 사항

관 련 부 서 ○○광역본부, △△본부

내 용

1. 업무 개요

공사에서 수행하는 검사·점검·진단·사고조사 및 시험용으로 사용하는 장비 등(이하 “기술장비”라 한다.)을 효율적으로 사용 관리하게 하기 위하여 기술장비의 구입 및 유지관리, 폐기 등에 관한 사항을 「기술장비관리요령(25310, 이하 “요령”이라 한다.)」에서 정하고 있다.

이 중 검사 및 점검에 사용하는 장비 등(이하 “검사장비”라 한다.)의 정수 운영·수리·폐기 및 유지관리에 관한 세부 사항을 정하여 검사 장비를 효과적으로 운영·관리하고자 「검사장비 운영·관리지침(2100-4)」(이하 “지침”이라 한다.)을 정하여 운영하고 있다.

공사 ○○광역본부 및 △△본부에서는 검사·점검·사고조사를 위한 기술 장비를 각각 359점·323점을 보유 하고 있으며, 이는 기술직 직원(이하“장비관리자”라고 한다) 34명·26명에게 각각 배정되어 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

장비관리자는 요령 제6조에서 정하는 바에 따라 시험장비의 사용, 관리 및 보수 등 장비의 이력사항 전산입력 및 관리 등을 수행해야 할 의무가 있다.

기술장비관리요령(25310)

제 6조 (관리부서의 주요 업무)

1. 기술장비의 보수 등 기능유지 및 관리에 관한 사항
2. 기술장비 관련현황 및 검·교정, 보수, 폐기 등 이력사항 전산입력 및 관리
3. 기술장비의 손상실 및 불용자산 보고에 관한 사항
4. 기술장비의 구입요청에 관한 사항

요령 제14조(장비의 점검) 및 지침 제6조(관리 및 운영) 제7호에 따라 관리자는 분기 1회 이상 기술장비의 상태를 점검하고 그 결과를 공사 전산시스템(가스피아 “장비점검대장”)에 등록하도록 정하고 있다.

기술장비관리요령(25130)

제 14조 (장비의 점검)

관리자는 분기 1회 이상 기술장비의 상태를 점검하고 점검결과를 전산에 입력하고 이상이 있을 경우, 관리책임자에게 보고 후 필요한 조치를 취하여야 한다. 다만, 법률에서 정한 인정기구로부터 시험·검사기관으로 인정받은 처·실 및 지역본부·지사는 해당 품질문서에서 정한 바에 따른다.


또한, 지침 제6조(관리 및 운영) 제9호에 따라 신규장비가 배정되거나 관리자가 변경되는 경우에는 공사 전산시스템(가스피아 “검사장비등록”)을 통해 관리총괄자에게 보고해야 한다.(보고 절차 ‘그림1’ 참조)

검사장비 운영·관리지침(2100-4)


제 6조 (관리 및 운영)

관리자는 분기 1회 이상 기술장비의 상태를 점검하고 점검결과를 전산에 입력하고 이상이 있을 경우, 관리책임자에게 보고 후 필요한 조치를 취하여야 한다. 다만, 법률에서 정한 인정기구로부터 시험·검사기관으로 인정받은 처·실 및 지역본부·지사는 해당 품질문서에서 정한 바에 따른다.

[그림1] 장비관리자 변경 시 관리총괄자 결재상신 방법



① 가스피아(“검사장비 등록”) 접속 후 장비관리자 변경 실시



② (①에서의 장비관리자 변경이 완료되면) 장비관리 결재상신

3. 감사결과 확인된 문제점

○○광역시본부 및 △△본부에서 보유하고 있는 기술장비에 대하여 2023.1.1.부터 현재까지 분기별 점검 여부 등을 확인한 결과, ① 일부장비에 대해 분기별로 점검을 실시하지 않은 경우가 185회 있었으며[○○광역시본부 93회(93점), △△본부 92회(41점), ‘첨부1’ 참조], ② 인사이동, 업무분장 등으로 인해 장비관리자가 변경되어 해당 장비에 대한 장비관리자 변경사항은 가스피아에 입력하였으나 이를 관리총괄자에게 보고하지 않은 사례가 114건(장비관리자 전결 처리 14건, 결재 미상신 100건, ‘첨부2’ 참조, △△본부에 한함) 있었다.

첨부 1. 분기별 기술장비 점검 미실시 내역 1부.

2. 장비관리자 변경에 따른 관리총괄자 결재 미실시 내역 1부.

관련부서 의견

[○○광역본부] 이견없음

[△△본부] 이견없음

조치할 사항

- ① ○○광역본부장 및 △△본부장은 (‘지적사항 1’에 대하여) 차후 소속 검사원들이 보유하고 있는 기술장비에 대하여 분기별 점검 및 이에 대한 결재가 누락되는 일이 없도록 주의하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보불요)
- ② △△본부장은 (‘지적사항 2’에 대하여) 장비관리자가 변경된 기술장비에 대하여 장비총괄자 결재를 득할 수 있도록 조치하고 주시고, 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)