

【일련번호 2】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 화순병원 방사선종양학과

【처 분 종 류】 경고

【제 목】 의료기기 일상점검 관리 소홀

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

화순병원 방사선종양학과는 「의료기기 관리 규정(4주기 급성기병원 인증기준)」에 따라 환자의 진료와 치료를 목적으로 사용되는 의료기기가 적시에 정확하게 작동 될 수 있도록 위험도 평가에 의해 분류된 의료기기를 점검주기에 따라 예방점검 및 지속적인 유지관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령(판단기준)

「의료기기법」 제31조(안전관리 정보 등) ④의료기기의 소유자나 관리자는 해당 의료기기의 안전한 사용과 관리를 위하여 필요한 기록을 작성·유지하여야 한다. 또한, 4주기 급성기병원 인증기준 「의료기기 관리 규정」에 병원의 자산으로 등재되어 사용하는 모든 의료기기는 위험도를 평가하고 등급을 분류하고 위험도 평가에 의해 분류된 의료기기 목록은 [표2]와 같이 예방점검 기준과 주기에 따라 예방점검을 시행하도록 규정하고 있다.

[표2] 의료기기 관리 예방 점검 주기

예방점검 종류	예방점검 주기				점 검 자
	고 위 험 의료기기	중위험 의료기기		저위험 의료기기	
		중점관리의료기기	기타의료기기		
일상점검	매일 (매일 기록)	매일 (매일 기록)	매일 (매일 기록)	사용전 (기록안함)	사용자
정기점검	1회/년	1회/년	없 음	없 음	안전관리 담당자
	유지보수용역의료기기 : 계약조건에 따라				계약업체

일상점검은 환자에게 적용되는 의료기기에 대하여 청결 및 외관상태, 정상작동, 날짜/시간 일치여부 등 사용자가 간단히 실시하는 점검으로 매일 실시하되, 매일 사용하지 않는 의료기기는 사용하기 직전에 실시(단, 심장충격기의 경우 매일 기록·보관)하고, 점검표에는 자산명, 자산번호, 점검시기, 배터리 충전상태, Paddle 파손 유무, 날짜/시간의 정확성 등 점검항목에 대한 점검내역, 점검자 등의 내용을 포함하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 화순병원 방사선종양학과 의료기기 일상점검표를 점검한 결과, 점검자가 휴가(출장)일에도 [붙임1]과 같이 의료기기 일상점검을 하였다고 서명한 사실을 확인하였다.

4. 판단요지

의료기기 일상점검표 작성의 목적은 점검내용을 명확히 함으로써 ① 의료기기의 오작동 예방, ② 안전한 의료서비스의 질 향상, ③ 환자 안전을 위한 환경을 제공하기 위함이다. 그럼에도 불구하고 [붙임1]에서 확인된 바와 같이 점검자의 부재 상황에서도 점검이 이루어진 것으로 기재된 것은 점검 절차 및 기록 관리가 미흡하였음을 보여주는 것으로, 일상점검 수행에 대한 관리·감독이 소홀히 이루어진 것으로 판단된다.

이러한 의료기기의 부실한 관리는 점검기록의 신뢰성을 훼손하고 의료기기 안전관리 체계 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있을 뿐만 아니라 환자에게 부정확한 검사 결과를 제공하여 치료과정에 문제가 발생할 수 있음은 물론 기기의 오작동을 야기하여 환자안전사고까지로 이어질 수 있는 바, 환자 안전 확보 차원에서 실질적 개선이 요구된다.

특히 원격조정강내조사치료기¹⁾와 같은 고위험 의료기기의 부실점검은 환자의 생명유지에 직접적이고 치명적인 결과를 초래할 수 있는 문제로 이어질 수

1) 체내에 넣은 방사선원을 외부에서 자동 제어하여 종양을 집중 치료하는 장비

있어 의료기기 성능상태의 최적 유지를 위해 예방점검활동이 보다 충실하고 철저하게 이루어져야 할 것이며, 중위험 의료기기 또한 점검여부, 점검내용, 점검자 등을 명확히 하여 의료기기의 안전성 확보에 만전을 기해야 할 것이다..

한편, 지난 2022년 감사실의 요청문서【감사실-1474(2022.09.05.)】에 “관리담당자가 휴가일임에도 관리점검표에 해당 관리담당자가 점검 확인 서명한 사례가 빈번함을 지적” 하면서 철저한 의료기기 예방점검 및 정도관리와 함께 “추후 동일한 지적사항이 발생할 경우 관리담당자 및 관리자에 대해서는 엄중히 조치하겠다”고 공지하였음에도 이번 화순병원 방사선종양학과에서 다시 지적된 것에 대해 엄중히 인식한다.

의료기기의 일상점검은 단순한 기록물이 아니라, 환자의 생명을 지키기 위한 필수적인 절차이며 고위험, 중위험 의료기기의 점검은 필요 불가결하므로 예방적 점검활동에 소홀함이 없도록 하여야 하고, 「자산관리지침」 제5조 4항에 의거 자산운용담당의 정·부체제를 명확히 하여 점검자의 부재 시 자산의 적절한 관리와 효율적인 운용에 만전을 기해야 할 것이다.

【처 분 요 구】

화순전남대학교병원장은 추후 동일한 지적사항이 발생되지 않도록 의료기기 예방점검 지침을 준수하여 점검표 작성 및 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(경고-화순병원 방사선종양학과)

【붙임1】

의료기기 일상점검 불철저 현황

연번	등급 분류	자산명	점검자	휴가 유형	휴가(출장)일	점검일
1	고위험	원격조정강내조사치료기			2023-02-27	2023-02-27
2	고위험	원격조정강내조사치료기			2023-05-22	2023-05-22
3	고위험	원격조정강내조사치료기			2023-06-26	2023-06-26
4	고위험	원격조정강내조사치료기			2023-12-06~2023-12-08	2023-12-06
5	고위험	원격조정강내조사치료기			2024-11-04	2024-11-04
6	고위험	원격조정강내조사치료기			2024-12-18~2024-12-19	2024-12-18
7	고위험	원격조정강내조사치료기			2024-12-30	2024-12-30
8	고위험	원격조정강내조사치료기			2025-01-24	2025-01-24
9	고위험	원격조정강내조사치료기			2025-03-26~2025-03-28	2025-03-26
10	고위험	원격조정강내조사치료기			2025-03-31	2025-03-31
11	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2023-02-23~2023-02-24	2023-02-23
12	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2023-05-04~2023-05-12	2023-05-04, 2023-05-08~2023-05-12
13	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2023-07-19~2023-07-21	23-07-19~23-07-20
14	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2023-07-28	2023-07-28
15	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2023-08-11	2023-08-11
16	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2023-09-12	2023-09-12
17	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2023-10-26	2023-10-26
18	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2024-01-19	2024-01-19
19	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2024-02-01	2024-02-01
20	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2024-07-10	2024-07-10
21	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2024-08-23	2024-08-23
22	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2024-10-25	2024-10-25
23	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2024-10-31	2024-10-31
24	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2024-11-07	2024-11-07
25	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2024-11-08	2024-11-08
26	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2024-11-21	2024-11-21
27	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2024-12-18	2024-12-18
28	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2025-01-07	2025-01-07
29	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2025-01-31	2025-01-31
30	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2025-02-26	2025-02-26
31	중위험	자동혈압계(고정형)/키체중계			2025-02-27	2025-02-27