

권 고

제 목 ◁◁◁ 로봇수술 기구(재료) 환불처리에 관한 사항

소관기관 병원

조 치 기 관 ●●○○○○ 병원

네 옹

1. 업무개요

●●●●●병원은 20**년 **월부터 국가유공자 및 보훈가족과 지역주민을 위하여 ▲▲▲▲수술을 위한 ◁◁◁ 로봇 장비를 도입·운영하고 있으며, 20**년 *월까지 ***건의 수술을 시행하였으며, 20**년부터 20**년 *월까지 ◁◁◁ 로봇 수술 관련 진료재료 입·출고 내역은 [표 1]과 같다.

[표 1] 병원 로봇수술 재료 입·출고 내역

○ 기간 : 20**. **. ~ 20**. *.

(단위 : 개/원)

연도별	입고수량	입고금액	출고수량	출고금액	재고수량	재고금액

2. 관계법령 및 판단기준

◁◁◁ 수술기구(소모성 재료)는 세척·멸균 후 제한된 횟수 내에서 반복 사용이 가능하도록 설계된 제한적 재사용 기구로서, 기구별 사용 가능 횟수가 설정되어 있다. 또한 수술기구를 장비에 연결하여 사용할 경우 사용 횟수가 자동으로 차감되고, 설정된 횟수를 초과하면 더 이상 사용할 수 없도록 시스템상 제한된다.

이에 따라 납품업체인 ◁◁◁◁◁◁◁◁◁◁는 사용 중 제품 불량 등으로 기구가 파손된 경우, 하자 분석 및 개별 품질보증 조건에 따라 잔여 사용 횟수에 해당하는 금액(단가 ÷ 사용가능 횟수)만큼 크레딧(마이너스 세금계산서) 방식으로 보상하고 있다.

또한, 공단 「회계규정시행세칙」 제14조(입·출금의 취소 등)에 따라 수익의 환불과 비용의 환입 정리 시 직접공제하는 방식으로 정정전표는 반드시 당초 기표 연월일 및 작성이유를 명기하도록 정해져 있다.

한편, EMR 물품코드 관리 화면에서는 최소 포장단위 기준 보험코드 산정 또는 거래환산수량 적용을 통해 실제 재고를 관리할 수 있도록 되어 있다. 따라서, ㉠㉡㉢㉣병원은 사용 가능 횟수가 정해져 있는 ◁◁◁ 수술기구에 대하여 거래환산수량을 적용하여 발주 및 사용, 재고관리가 가능하도록 운영하여 입·출고에 대한 회계 오류가 발생하지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ㉠㉡㉢㉣병원은 20**년 도입 이후 [표 2]와 같이 제품 불량 등으로

잔여 사용 횟수가 남은 기구의 환불 금액 합이 재구매 기구 1개 금액에 도달하는 경우에는 차기 발주 시 해당 금액을 감하여 상계하는 방식으로 업체와 정산 처리하였으나,

[표 2] <<< 로봇수술 재료 반납처리 내역

(단위 : 원)

반출일자	물품코드	물품명	잔여 횟수	잔여횟수에 따른 환불금액	환불금액	비고	구입가격

아래 [표 3]과 같이 20**, **.까지 누적된 잔여 사용 횟수 상당액이 기구 1개 구입금액에 미달하여 업체로부터 직접 보상받지 못한 금액 **,***,***원에 대하여, 물품코드 ‘*****’(물품명 : ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠㉠, 단가 : *,***,***원) 단가를 임의로 **,***,***원에서 *,***,***원으로 조정하여 처리하였다. ([표 4] 참고)

[표 3] 잔여 사용횟수 미달 내역

(단위 : 원)

반출일자	물품코드	물품명	환불 수량	환불수량에 따른 환불금액	비고
총합계					

[표 4] 잔여 사용횟수 미달 보상 조정내역

(단위 : 원)

물품코드	물품명	환불금액	단가	수량(개)	구입단가(입고)	조정단가(입고)

이는 실제 거래가격이나 계약금액의 변동 없이 누적 미정산 환불금액을 특정 물품의 입고단가에 임의 반영한 것으로, 물품별 실제 취득원가를 왜곡할 우려가 있고, 재고자산 평가 및 입·출고 금액의 정확성을 저해하며 회계처리와 재고관리의 투명성을 훼손할 소지가 있다.

관계기관 의견

●●●●●병원은 별도의 의견을 제시하지 아니고 감사 의견을 수용하였다.

조치할 사항 ●●●●●●●●●●은

로봇수술기구 사용 중 제품 불량 등의 사유로 기구가 파손된 경우, 잔여 사용 횟수에 상당하는 금액을 공단 「회계규정 시행세칙」에 따라 직접 공제하는 방식으로 정정전표 처리하여 운영하시기 바랍니다. (권고)