

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2018-42	처분요구일자	2018. 7.
처 분 종 류	시정, 개선		
관 계 부 서	○○○○○(▲▲▲▲▲), ◆◆◆◆◆(▲▲▲▲▲)		
제 목	자동제세동기 관리업무 개선		

지적내용

자동제세동기는 급성심장정지 등 비상응급상황에 사용하는 응급장비로서 보건복지부에서 제정한 자동제세동기 설치 및 관리 지침에 따라 인천공항 등 다중이용시설 및 공공시설에 설치가 의무화되어 있으며, 동 지침에 따라 관리되어야 한다.

1. 다중이용시설 자동제세동기 관리 부적정

○○○○○(▲▲▲▲▲)에서는 보건복지부 「응급의료에 관한 법률 제47조의2」와 「공공장소 및 다중이용시설의 자동제세동기 설치 및 관리지침(이하 ‘보건복지부 관리지침’이라 한다.)」에 근거하여 제1여객터미널 및 탑승동 등에 자동제세동기를 78대 설치 운영하고 있다.

인천국제공항 여객터미널 등 다중이용시설에 설치한 자동제세동기는 보건복지부 관리지침을 준수하여 관리하여야 한다.

보건복지부 관리지침에 따르면 자동제세동기 관리 업무를 위탁하여 운영하고 있는 경우에도 시설주 소속의 관리책임자를 별도 지정하게 되어 있다.

그러나, ▲▲▲▲▲에서는 자동제세동기 관리책임자로 협력사 직원(응급구조사)을 지정하였으나, 별도로 公社의 관리책임자를 지정하지 않았다.

2. 다중이용시설 이외 장소 자동제세동기 관리 개선

◆◆◆◆◆ 및 ○○○○○에서는 현장근무자의 응급상황 발생 시 신속한

대처로 산업재해 예방 및 건강한 근무환경 조성 등을 위하여 각 부서 요청에 따라 일부 현장 사무실에 자동제세동기를 설치하였다.

여객터미널 등 다중이용시설의 경우 “보건복지부 관리지침”에 따라 자동제세동기를 관리하도록 되어 있으나, 다중이용시설 이외의 장소에서는 별도의 관리기준이 없는 실정이다.

그러나 다중이용시설 이외의 장소에서도 응급상황 발생 시 신속한 대처를 위해서는 자동제세동기의 지속적인 관리가 필요함에 따라, 상기 지침을 준용한 별도의 관리기준을 수립할 필요가 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

해당 부서에서는 감사결과를 수용하면서 다중이용시설에 대해서는 보건복지부 관리지침에 따라 자동제세동기를 운영하고, 다중이용시설 이외에는 별도 관리지침을 수립하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 사장(◆◆◆◆◆)은「공공장소 및 다중이용시설의 자동제세동기 설치 및 관리지침」에 따라 자동제세동기 관리책임자를 지정하시기 바랍니다. (시정)

② 사장(◎◎◎◎◎)은 다중이용시설 이외의 장소에 설치되는 자동제세동기가 설치목적에 따라 사용가능하도록 점검방법, 관리책임자 지정 등의 내용을 포함하여 관리지침을 수립하시기 바랍니다. (개선)