

전 북 대 학 교 병 원

개선요구

일련번호 : 1

제 목 채용신체검사 관리감독 및 감시체계·통제시스템 미비

소관부서 전북대학교병원 000000과

내 용

000000과에서는 병원의 각 진료과에서 의뢰하는 각종 0000에 관한 사항을 관장하고 있으며, 진료과로부터 의뢰된 검사를 실시하고 검사결과를 000000과 검사정보시스템(LIS)을 통해 각 진료과에 전송하는 업무를 수행하고 있다.

우리 병원 「복무규정」 제4조에 따르면 직원은 법령과 규정을 준수하고 상사의 직무상 명령에 복종하여야 하며 성실히 직무를 수행하도록 규정하고 있고, 「전북대학교병원 임직원행동강령」 제3조는 임직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 이익을 위하여 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하여서는 아니 되도록 규정하고 있으며, 상급자로부터 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 받은 임직원은 그 상급자에게 소명하고 지시에 따르지 아니하거나 행동강령책임관과 상담하도록 규정하고 있다.

또한 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조 제12호에 따르면 공공기관이 실시하는 각종 평가·판정업무에 관하여 법령을 위반하여 평가 또는 판정하게 하거나 결과를 조작하도록 하는 행위를 금지하고 있다.

그러나 2018. 5. 18. 000000과 004급 장00이 우리 병원 계약직 직원 채용 시험에 합격한 응시자(오00, 이00)에 대한 채용신체검사를 실시하면서 직장 선배인 004급 이00 및 이00의 청탁과 본인의 사적인 인연을 이유로 응시자의 검사

결과를 조작한 사실이 적발되어 직접 행위자인 장OO을 비롯한 관련자(이OO, 이OO, 오OO)들이 직위해제 및 수사기관에 고소를 당한 사고가 발생하였다.

이와 관련하여 2015. 6월부터 2018. 5월 까지 OOOOOO과에서 실시한 채용신체검사 전반에 대한 실태를 점검한 결과, 대상기간 중 실시한 채용신체검사 인원 2,063명에 중 이상소견으로 확인된 항목이 △ 채용신체검사 재검 전 검사결과와 최종 검사결과가 변경된 검사항목이 63건 △ 자동화검사이나 검사 장비명이 없고 최종보고가 수기로 입력된 검사항목이 319건 △ 자동화검사나 수기검사 결과보고 이후 수정사유 없이 수정된 검사항목이 24건이 확인되었고,

이를 각 검사 항목별로 사유를 확인한 결과 △ 장비에서 불분명한 검사결과가 나온 경우 △ 섬유소로 인한 검사장비의 검체 흡입량이 부정확하여 검체의 섬유소를 제거한 경우 △ 장비오류 발생, 희석, 농축 등의 전처리 과정 없이 검사법으로 직접 검체를 측정하는 검사 값의 범위 하한을 벗어난 경우 △ WBC(백혈구) 결과가 높아 장비로 재검하고 장비에서 백혈구 백분을 결과를 측정하지 못해 현미경으로 확인 후 수기 입력한 경우 △ 검사장비의 바코드 인지 오류에 따른 수기입력의 경우(추정) 등 대부분 객관적·합리적 사유가 있는 것으로 확인되었으며, 검진자 이OO¹⁾ 및 오OO²⁾의 경우를 제외하고는 특이사항이 없는 것으로 확인되었다.

한편, 이번 검사결과 조작 사건과 같은 사고를 방지하기 위한 OOOOOO과 내의 제도적 감시체계나 통제시스템이 구축되어 있는지 여부를 확인하였으나 OOOOOO과의 전문의가 검사 판독 중 참고 또는 연관검사를 확인하거나 판독 과정에서 필요한 경우 수시로 해당 환자의 결과를 확인하는 과정에서 우연히 발견하

-
- 1) 이OO : AST/ALT 검사 및 BUN/Cr이 09:54 동시에 인터페이스를 통해 검사장비로부터 LIS로 검사 결과가 전송되어 최종 보고 됨. 검사자(장OO)가 09:59 AST/ALT 검사 결과를 임의로 입력 후 수정하여 보고함. AST/ALT 재검을 한 것으로 LIS에는 기록되어 있으나 재검 사유가 기록되어 있지 아니하고 검사자가 수기로 LIS에 입력한 것으로 되어 있음
 - 2) 오OO : AST/ALT 검사를 검사 장비에서 검사 결과가 입력되기 전인 10:25 검사자가 LIS에서 임의 입력 후 최종 보고함. BUN/Cr은 검사장비에서 결과가 인터페이스를 통해 10:37 전산 상으로 전송됨(검사장비 및 인터페이스 특성상 한 검체의 검사는 거의 동시에 LIS로 전송됨)

는 외에 검사자의 부정행위를 미연에 방지할 수 있는 별도의 제도적 감시체계나 통제시스템은 없는 것으로 확인되었다.

조치할 사항

전북대학교병원장(000000과장)께서는

추후 유사한 사례가 발생하지 않도록 소속 직원들에 대한 교육 및 관리감독을 철저히 하시고, 재발방지를 위한 제도적 감시체계나 통제시스템을 마련하시기 바랍니다. (개선)