

현 지 조 치

제 목 검사장비 관리자 미지정 및 점검 미흡

관 련 부 서 강원광역본부

내 용

1. 업무 개요

공사 주관부서(○○○○처)에서는 원활한 검사업무 수행을 위하여 적절한 검사장비를 구입하여 29개 광역본부·본부·지사에 배정하고있으며, 강원광역본부에서는 아래 [표 1]과 같이 222점의 검사장비를 배정받아 관리하고 있다.

[표 1] 강원광역본부 검사장비 보유 현황(비상대응·사고조사 장비, 기타공고류 제외)

계측기류				기계류		기타	총 계
비파괴	시설	용기	제품	비파괴	시설	비파괴	
2	175	22	15	1	5	2	222

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-장비유지관리-장비현황조회-검사장비조회 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 「비유동자산관리규정」 제2조에서 규정된 검사 및 시험용으로 사용하는 장비 등(이하 “기술장비” 라 한다.)의 구입, 유지·관리에 관한 사항을 「기술장비관리요령」 (이하 “요령” 이라고 한다.)에서 세부적으로 정하고 있다.

특히 요령 제7조(관리 및 운용) 제2항에 따르면 관리총괄자는 부서에 배정된 기술장비의 유지관리 및 운용의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 관리책임자 및 관리자를 선정하도록 하고 있으며 관리자는 기술장비의 사용 및 점검, 보관 등의 관리 업무를 하도록 규정하고 있다.

제7조 (관리 및 운용)

① <생략>

② **관리총괄자**는 당해부서에 **배정된 기술장비의 유지관리 및 운용의 업무를** 효율적으로 수행하기 위하여 **관리책임자 및 관리자를 선정**하여야 한다.

③~⑤ <생략>

⑥ **관리자의 의무**는 다음 각 호와 같다.

1. 기술장비비의 안전사용
2. 기술장비의 이상시의 응급조치(보수) 및 보고
3. 기술장비의 정리정돈 및 보관
4. 분기 1회 이상 기술장비 점검 및 결과 입력
5. 기술장비 관련현황 및 이력사항 전산관리
6. 기타 관리책임자가 기술장비 업무상 지시하는 사항

⑦ <이하생략>

따라서, 기술장비를 보유하고 있는 각 본사·부설기관 및 광역본부·본부·지사에서는 보유장비에 대하여 실질적으로 관리할 수 있는 자를 관리자로 배정하여 본인 소유의 장비에 대해 전산관리, 보수, 점검 등의 업무를 누락하지 않고 수행하도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 강원광역본부에서 사용·관리하고 있는 검사장비의 관리자 배정 현황을 점검한 결과, 아래 [표 2]와 같이 총 10점의 검사장비(○○○○검지기)가 2023년 상반기 최초등록(2023.4) 이후 관리자가 미지정되어 감사기간 현재(2025.3.10~3.13)까지 분기별 자체점검을 누락하고 있는 것이 확인되었다. 다만 실물장비 확인 결과 해당 장비 10점에 대한 성능은 적절하게 유지하고 있었으며 이에 따라 강원광역본부에서는 감사기간 중에 전산수정을 통한 관리자 변경 조치를 완료하였다.

[표 2] 강원광역본부 기술장비 관리자 부적정 내역

연번	자산관리번호	장비명	등록일자	관리자	부적정내역	조치내역
1	*****-*****	○○○○검지기	2023-04-04	-	관리자 미배정	관리자 변경(○○○)
2	*****-*****	○○○○검지기	2023-04-04	-		
3	*****-*****	○○○○검지기	2023-04-04	-		
4	*****-*****	○○○○검지기	2023-04-04	-		
5	*****-*****	○○○○검지기	2023-04-04	-		
6	*****-*****	○○○○검지기	2023-04-04	-		
7	*****-*****	○○○○검지기	2023-04-04	-		
8	*****-*****	○○○○검지기	2023-04-04	-		
9	*****-*****	○○○○검지기	2023-04-04	-		
10	*****-*****	○○○○검지기	2023-04-04	-		

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-장비유지관리-장비현황조회-검사장비조회 내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 강원광역본부장은

검사장비 관리자 미지정 등으로 인하여 분기별 검사장비 자체점검 기록 누락 등의 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보
불요)