

현지조치사항 내역서

감사반장: >>>>>장 ○ ○ ○ (인)

감사기간: XXXX. X. XX.~XX., X. X.~X.

부서장: □□□□□장 ○ ○ ○ (인)

번호	지적건명 및 내용	조치의견	결과회보여부															
종합 2025-006-현07	○ 공기구 관리 미흡 - 「공구 및 계측기관리 품질절차서」 3.4(운용 부서 담당자)에 따르면 공기구 사용 현황을 관리시스템에 등록해 이력 관리를 하여야 한다. 또한 4.3.2(공기구의 목록관리)에 따르면 운용부서 담당자는 ‘공기구 목록’에 검교정 및 점검 공기구를 분류하여 기록하고, 공기구 이력카드에 지속적으로 변경사항을 관리하며, 검교정 대상 공기구에 ‘검교정 식별표’를 작성, 부착하고 검교정 완료 후에는 ‘검교정필 스티커’를 부착하도록 되어 있다. - 그리고 「고정자산 절차서」 5.1(불용자산 결정)에 따르면 운용부서는 불용대상자산이 있을 때는 관리부서로 불용의뢰를 하여야 한다고 되어 있다. - 그러나 □□□□□의 공기구 관리 현황을 점검한 결과 공기구 목록관리, 공기구 사용·반입에 대한 ㉔㉔㉔㉔ 및 ㉔㉔ 표기 등이 미흡하였으며, [표]와 같이 계측기(시험기) 용도의 ㉔㉔㉔이 노후 등으로 인해 사용이 불가함에도 불용 처리를 하지 않는 등 공기구 관리가 미흡하였다. [표] 불용대상 공기구 내역 <table><tr><th>자산번호</th><th>분류명</th><th>제작 연도</th></tr><tr><td>XXXXXXX</td><td>계측기(통신)/시험기</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>XXXXXXX</td><td>계측기(통신)/시험기</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>XXXXXXX</td><td>계측기(통신)/시험기</td><td>XXXX</td></tr><tr><td>XXXXXXX</td><td>계측기(통신)/시험기</td><td>XXXX</td></tr></table>	자산번호	분류명	제작 연도	XXXXXXX	계측기(통신)/시험기	XXXX	XXXXXXX	계측기(통신)/시험기	XXXX	XXXXXXX	계측기(통신)/시험기	XXXX	XXXXXXX	계측기(통신)/시험기	XXXX	○ □□□□□장은 불용대상 공기구를 즉시 불용 처리하고, 관련 절차를 준수하여 공기구를 철저히 관리해 주기 바랍니다.	결과 미회보
자산번호	분류명	제작 연도																
XXXXXXX	계측기(통신)/시험기	XXXX																
XXXXXXX	계측기(통신)/시험기	XXXX																
XXXXXXX	계측기(통신)/시험기	XXXX																
XXXXXXX	계측기(통신)/시험기	XXXX																