

한국승강기안전공단 상임감사 경고(부서)

제 목 불용 검사장비 관리 소홀
관 계 부 서 지사
내 용

1. 업무 개요


공단은 승강기 및 기계식주차장 안전검사 등의 원활한 수행과 검사의 신뢰성 확보를 위해 필수장비, 보조장비, 표준기, 단순장비, 소모성장비, 스마트단말기 등 장비에 대한 관리기준, 방법을 규정하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「승강기 및 기계식주차장 검사장비 관리규칙」제7조제3항 및 제7항에 따라 미사용장비는 미사용 장비 이력을 전산에 등록한 후 [표 1]의 ‘미사용장비’ 표지를 부착한 후 타 장비와 구분·관리를 위해 잠금장치가 있는 보관함에 보관하도록 하고 있으며, 미사용 장비를 다시 검사업무에 사용하고자 하는 경우에는 「국가표준기본법 시행령」제12조에 의해 인정된 국가공인교정기관의 교정을 받고 미사용 장비로 등록된 전산을 해지하도록 하고 있다.

또한 같은 규칙 제10조 및 제12조에는 교정유효기간이 만료되기 이전인 장비의 원활한 사용과 측정값의 신뢰성 확보를 위해 중간점검과 일상점검을 실시하고 해당 결과에 이상이 없는 경우에만 검사에 사용하고, 점검결과 불합격으로 판단되는 경우에는 [표 1]과 같이 ‘사용중지’ 표지를 부착·보관하고 장비관리 주관부서에 폐기 요청 및 반납하도록 규정하고 있다.


[표 1] 미사용 장비 표지 및 사용중지 표지

	
▶ 외곽선 및 대각선은 적색, 글씨는 흑색/ 표지의 크기는 장비의 크기에 맞게 조절 가능	

3. 감찰결과 확인된 문제점

2022.04.11. ◇◇지사 검사현장에 대한 안전감찰 과정에서 [사진]과 같이 교정일자가 2015.12.04.인 전압전류계(기기번호: ○○○○○○○○○○)를 ◇◇지사 소속 검사자가 휴대하고 있는 것을 발견하였다. 이에 해당 장비에 대한 교정 이력 등을 확인하는 과정에서 해당 장비는 ■■■지사의 장비로 [표 2]와 같이 이미 불용(폐기) 결정된 장비임을 확인하였다.

[사진] 불용 장비의 교정필증



결국, ■■■지사에서 불용(폐기) 결정된 장비가 유출된 것이 확인되었고, 장비의 사용 및 관리에 대한 책임이 있는 ■■■지사는 불용(폐기) 결정된 검사장비에 ‘사용중지’ 표지를 부착하고 잠금장치가 있는 보관함에 별도 보관 및 폐기하여 외부로 유출이 되지 않도록 관리하여야 하나 이를 소홀히 하였다.

[표 2] 전압전류계(기기번호: ○○○○○○○○○○) 불용처리 이력

지역 사무소	장비명	모델명	기기번호	취득일자	불용일자	불용 사유	최종교정일
■■■지사	전압전류계	HIOKI3288	○○○○○○○○○	2005.02.21.	2018.03.05.	폐기	2015.12.04.

4. 관계부서 의견 및 검토결과

(관계부서 의견) ■■■지사에서는 [표 2]의 전압전류계는 2017년 충청지역본부에서 노후 검사장비로 일괄 불용처리 요청하여 2018년 검사총괄부(현. 검사운영실)에서 불용 결정하였던 장비임을 인정하였다. 그리고 해당 전압전류계는 불용이 결정된 이후 노후 검사장비들과 함께 잠금장치가 있는 검사장비 보관실에 별도로 보관해왔으나 어떠한 경로로 유출되었고 타 지역사무소에서 사용하고 있는지에 대하여 그간 인지하지 못하고 있었다고 하였다. 다만 이번과 같은 사례가 재발하지 않도록 기존 및 신규 불용결정 장비에 대해 폐기 절차에 따라 일괄 폐기 처리하겠다는 의견을 제출하였다.

(검토 의견) 불용 결정된 검사장비의 유출 경위를 모른다고 하였으나 불용 처리된 전압전류계의 관리 및 장비보관실의 출입통제 등의 책임이 ○○○지사에 있으므로 관리 소홀의 책임이 있다.

5. 조치할 사항

불용 결정된 검사장비에 대한 관리를 소홀히 한 책임이 있는 ○○○지사에 대하여 ‘경고(부서)’ 처분하니 ○○○지사장은 불용(폐기) 결정된 검사장비를 폐기하기 전까지 외부에 유출·사용되지 않도록 관리하고 동일한 사례가 재발되지 않도록 자체 교육을 실시하기 바랍니다.