

2026년 선거철 공직기강 점검

조치요구사항

【'26. 5. 27. ~ 5. 28.】

2026. 6.

해 양 환 경 공 단

감 사 실

감 사 실

경 고 · 주 의 요 구

제 목 사무실 및 개인 보안 관리에 관한 사항
소 관 기 관 해양수질처, 해양생태처, 해양방사능모니터링단
조 치 기 관 해양수질처, 해양생태처, 해양방사능모니터링단
내 용

1. 개요

해양환경조사연구원(이하 “조사연구원”이라 함)은 해양환경측정망 운영, 해양생태계종합조사, 해양방사능모니터링 등의 조사·연구 기능을 수행하며 실험실 및 교육연구시설을 포함 지상 4층에 총 70여명의 직원이 근무하며, 소속 직원은 이와 관련한 각종 문서 등을 개인 서랍 및 부서 캐비닛 등에 보관·관리하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

공단은 「보안업무규칙」 제54조(보안업무세부추진계획 수립)에 따라 매년 보안업무 추진계획을 수립하고, 보안의식을 강화하기 위해 본사 및 소속기관을 대상으로 불시 보안점검을 실시하고 있다.

이에 따라, 본사 및 소속직원들은 업무종료 후 퇴근 시에 대외비(비밀)·비공개 문서 등 보안 관리를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 선거철 공직기강 점검 시(' 26. 5.) 조사연구원 각 부서의 사무실 보안 관리 실태를 점검한 결과 [표]와 같이 개인 서랍이나 공용 캐비닛에 시건하여 보관하지 아니하고 비공개 문서 등을 방치한 11건의 미흡사항이 확인되었다.

[표] 보안 관련 미흡사항(11건)

구분	소속	성명	건수	내용
개인 보안	해양수질처	A, B, C, D, E, F	6	책상서랍 미시건 및 보안문서 방치
	해양생태처	G, H	2	
	해양방사능모니터링단	I	1	
사무실 보안	해양생태처 4층 회의실 및 사무실 캐비닛		2	캐비닛 미시건 및 보안문서 방치
합 계			11	

관계기관 의견 (및 검토결과)

해양수질처, 해양생태처, 해양방사능모니터링단은 앞으로 개인 및 사무실 보안을 더욱 철저히 하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

①해양수질처, 해양생태처는 앞으로 사무실 보안업무를 소홀히 하는 일이 없도록 철저히 하시기 바랍니다. (경고)

②해양방사능모니터링단은 앞으로 사무실 보안업무를 소홀히 하는 일이 없도록 철저히 하시기 바랍니다. (주의)

감 사 실

통 보

제 목 보호지역 설정 및 관리에 관한 사항

소 관 기 관 해양수질처

조 치 기 관 해양수질처

내 용

1. 개요

조사연구원은 비인가자 출입을 제한하기 위해 문서고, 실험실 등 9곳을 제한구역으로 지정·관리하고 있으며, 보안상 중요도가 높은 기계실, 전기실 등 15곳은 통제구역으로 분류하여 관리하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

공단 「보안업무규칙」 제41조(보호지역 설정)에 따르면 제한구역은 회의실, 상황실, 문서고, 실험실 등으로 관리책임자의 출입 통제에 따라 입회하도록 규정하며, 통제구역은 전기실, 기계실, CCTV통제실, 시료(약품보관)실 등으로 출입 통제 외 출입통제대장을 비치하여 출입통제 사항을 기록·유지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

선거철 공직기강 점검 시(' 26. 5.) 조사연구원 보호지역 관리 현황을 점검한 결과 [표]와 같이 보호지역으로 설정된 24곳 중 5곳은 통제구역의 설정이 필요함에도 제한구역으로 지정·관리하고 있었고, 6곳은 통제구역으로 지정하였음에도 관련 규정에 따른 출입통제대장을 비치·작성하지 않고 있었다.

[표] 조사연구원 보호지역 지정 현황(24곳)

위치	장소	지정 현황	개선 필요	출입통제대장 비치여부
1층	문서고	제한구역	(현행유지)	-
	실험실(6개소)+시료보관	제한구역	통제구역	-
	재활용실	제한구역	(현행유지)	-
	기계실	통제구역	(현행유지)	X
	실험구역 복도	통제구역	(현행유지)	X
	전기실	통제구역	(현행유지)	○
	EPS실	통제구역	(현행유지)	○
	통신실	통제구역	(현행유지)	X
	피트실(전기배선, 배관 등)	통제구역	(현행유지)	○
	시료보관실	통제구역	(현행유지)	X
2층	실험실(7개소)+시료보관	제한구역	통제구역	-
	공조실	통제구역	(현행유지)	X
	피트실(전기배선, 배관 등)	통제구역	(현행유지)	○
	실험실(7개소)+시료보관	제한구역	통제구역	-
3층	기자재실	제한구역	(현행유지)	-
	시료보관실	제한구역	통제구역	-
	피트실(전기배선, 배관 등)	통제구역	(현행유지)	○
	실험실(4개소)	제한구역	통제구역	-
4층	방사능단 사무실+시료보관	제한구역	(현행유지)	-
	시료보관실	통제구역	(현행유지)	○
	피트실(전기배선, 배관 등)	통제구역	(현행유지)	○
	기계실	통제구역	(현행유지)	○
옥상	피트실(전기배선, 배관 등)	통제구역	(현행유지)	○
합 계		24곳	5곳(개선 필요)	6곳(출입통제대장 미비치)

관계기관 의견 (및 검토결과)

해양수질처는 점검 결과를 수용하면서 앞으로 보호지역 관리를 더욱 철저히 할 것이라고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

해양수질처는 조사연구원 내 보호지역(통제구역·제한구역) 지정 현황을 전

면 재검토하여 규정에 맞도록 보호지역 설정을 하고 철저히 관리하시기 바랍니다. (통보)

감 사 실

개 선 요 구

제 목 실험실 시약 보관 및 관리에 관한 사항
소 관 기 관 해양수질처, 해양생태처, 해양방사능모니터링단
조 치 기 관 해양수질처, 해양생태처, 해양방사능모니터링단
내 용

1. 개요

조사연구원은 해수, 해양생물 및 방사선 물질 등을 분석하기 위해 질산, 염산, 에탄온 등의 시약 및 소모성 자재를 실험실에 보관하여 관리하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

「해양환경조사연구원 운영 지침」 제20조(시약)에 따르면, 시약은 식별이 용이하도록 [별표 1] 시약 취급기준에 따라 시약병 표지 서식을 부착하여야 하고, 저장기준에 따라 분리 보관 하여야 한다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

선거철 공직기강 점검 시(' 26. 5.) 조사연구원 실험실 내 시약 관리 현황을 점검한 결과, 대부분의 시약병에 규정에 맞는 표지(서식)가 부착되어 있지 않은

상태로 원제품 라벨 표지가 붙여져 있어(제조 시약만 시약병 표지 서식 부착), 현장 사용자들이 시약의 제조일이나 유효기간 같은 주요 정보를 확인하지 못하거나 일부 원제품 시약의 경우 필요한 정보¹⁾가 누락되어 있었으며, 일부는 유효기간이 지난 상태로 (유효기간이 지나지 않은 제품과 혼용하여) 관리하고 있는 것으로 확인되었다.

관계기관 의견 (및 검토결과)

해양수질처, 해양생태처, 해양방사능모니터링단은 현장 사용자가 안전하게 시약을 관리·사용할 수 있도록 관련 규정을 정비하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

해양수질처, 해양생태처, 해양방사능모니터링단은 시약관리 기준에 따라 시약별 표지 서식을 적정하게 부착하여 주요 정보를 명확히 관리하고, 유효기간이 지난 시약은 폐기하는 등 안전하게 관리를 할 수 있도록 개선하시기 바랍니다.
(개선)

1) 시약병 표지(서식) 정보는 ①시약명, ②농도/용매, ③위험구분(독극성, 인화성, 반응성, 부식성 물질), ④제조일/개봉일, ⑤유효기간, ⑥제조자, ⑦주의사항 정보가 한눈에 표기되어야 함

감 사 실

통 보

제 목 보안·방첩교육 및 위험물질 안전교육에 관한 사항

소 관 기 관 해양수질처, 해양생태처, 해양방사능모니터링단

조 치 기 관 해양수질처, 해양생태처, 해양방사능모니터링단

내 용

1. 개요 및 관련법령

공단 「보안업무규칙」 제49조(보안교육)에 따르면 반기별 1회 이상 정기보안교육을 실시하여야 하며, 「방첩업무지침」 제8조(방첩교육)에 따라 연 1회 이상 교육을 실시하여야 한다.

또한, 「해양환경조사연구원 운영 지침」 제12조(안전보건교육)에 따라 관리책임자는 실험장비 또는 시약 등 위험물질의 취급방법 및 유의사항에 관하여 직원 등이 숙지할 수 있도록 교육하여야 한다고 명시되어 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점

조사연구원의 최근 5년 간 교육 실시 현황을 점검한 결과 해양생태처에서 '25. 9. 22. 실시한 신규임용자 보안교육 실적 이외 점검일 현재('26. 5.)까지 보안교육 및 방첩교육을 정기적으로 실시하지 않았으며, '26. 2 ~ 5월까지 총 6

회에 걸쳐 신규 위험물질(붕산, 염화메틸렌 등)을 구매하였음에도 안전취급 방법 등에 관한 교육²⁾을 실시하지 않았다.

관계기관 의견 (및 검토결과)

해양수질처, 해양생태처, 해양방사능모니터링단은 보안·방첩교육을 정기적으로 실시할 것이며, 신규 위험물질 구입 후 직원들에게 안전 취급 방법 등에 관한 교육을 더욱 철저히 할 것이라고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

해양수질처, 해양생태처, 해양방사능모니터링단은 관련 규정에 따라 정기적으로 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

2) 조사연구원은 '25. 9. 2. 식별된 신규물질에 대한 안전 교육 실시 이후 약 8개월간 위험 물질 안전취급 방법 등에 대한 교육을 실시하지 않음

감 사 실

시 정 요 구

제 목 업무용 차량 정비 기록카드 관리에 관한 사항

소 관 기 관 평택지사

조 치 기 관 평택지사

내 용

1. 개요

평택지사는 해양오염사고 대비 대응 및 해양 부유물 수거 등 신속한 대응을 위해 업무용 차량 5대를 보유·관리하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

공단 「차량관리규칙」 제20조(차량정비 및 수리)에 따르면, 차량 관리 담당자는 차량을 수리할 경우 차량 수리 신청서를 작성하여 관리책임자의 승인을 받아야 하며, 관리책임자는 차량별로 차량정비 기록카드를 비치·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

선거철 공직기강 점검 시(' 26. 5.) 평택지사 보유 업무용 차량 정비 기록카

드를 점검한 결과, 보유 차량 총 5대(니로, 카니발, 긴급방제차량, 1톤 봉고, 7톤 카고크레인) 중 차량 2대(니로, 카니발)의 정비기록카드 작성이 누락되어 있었다.

관계기관 의견 (및 검토결과)

평택지사는 차량 정비 시 정비 기록을 누락하지 않도록 업무를 철저히 하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

평택지사는 누락된 차량 2대의 정비기록 내역을 보완하여 기록·유지하시기 바랍니다. (시정)

감 사 실

주 의 요 구

제 목 지사 사무실 소방안전 관리에 관한 사항

소 관 기 관 평택지사

조 치 기 관 평택지사

내 용

1. 개요 및 관련법령

「화재예방법 시행규칙」 제10조(소방안전관리업무 수행에 관한 기록·유지)에 따르면 소방안전관리자는 소방안전 관리를 위해 월 1회 이상 소방안전 관리업무 수행에 관한 기록표를 작성·관리하여야 한다.

2. 감사결과 확인된 문제점

선거철 공직기강 점검 시(' 26. 5.) 평택지사 소방안전 관리 현황을 점검한 결과 평택지사 소방안전관리자는 ' 25. 5. 27. 이후 현재 점검일(' 26. 5.)까지 소방안전 관리업무 수행에 관한 기록표를 작성하지 않고 있었다.

관계기관 의견 (및 검토결과)

평택지사는 향후 소방안전 관리자 업무수행 기록표 점검 누락이 되지 않도록

록 더욱 주의를 기울이겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

평택지사는 앞으로 사무실 소방안전 관리 업무를 소홀히 하는 일이 없도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (주의)