

[붙임] 감사결과 처분요구사항 명세

감사결과 처분요구사항 명세

제 목 표준물질 관리 미흡
 소 관 부 서 ○○본부, ♣♣본부
 내 용

1. 업무개요

본부 시험팀에서는 시험 분석 결과의 신뢰성 확보를 위해 주기적으로 표준물질⁹⁾을 사용하여 시험기기의 검량선 확인 및 교·보정 등을 수행하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

「시험실 운영 매뉴얼」 “제3장 표준물질관리”에 따르면 표준(인증 표준/표준)물질은 시험재원이력관리시스템의 표준물질관리 등록을 통해 기록하여 관리해야 하고 시험분석에 사용되는 표준물질은 그 표준물질의 제조일자, 유효일자, 정밀도, 측정조건 등이 기록된 인증서, 성적서 또는 관련 자료가 첨부되어야 한다.

또한 표준물질을 사용할 때에는 유효기간을 확인한 후 사용하고, 유효기간이 지난 표준물질은 폐기하도록 정하고 있다.

따라서, 시험원은 시험기기의 검량선 확인 및 교·보정 등을 위해 표준물질을 사용할 때에는 표준물질 유효기간을 확인해야 하며, 시험

9) 표준물질(국가기술표준원) : 측정기기의 측정, 측정방법의 평가 또는 재료에 값을 부여하는데 사용하기 위하여, 하나 이상의 특성값이 충분히 균일하고 잘 확정되어 있는 재료 또는 물질

분석 업무에 지장을 주지 않도록 주기적인 표준물질 관리를 통해 유효기간 내의 표준물질 적정 재고를 확보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

한편, 경유, 등유 등에 대한 식별제 첨가량(mg/L) 항목 시험분석은 1차 선별시험에서 S10 함량을 분석하고 2차 확인시험에서 표준물질인 발색제(C-5)를 사용하여 식별제(Unimark 1494DB) 함량을 분석하고 있다.

그런데, ☆☆본부와 ㉠㉡본부는 감사일('24. 0. 00, '24. 0. 00.) 기준으로 유효기간('24. 0. 00.까지)이 지났음에도 발색제(C-5)를 폐기하지 않고 보관하고 있는 것이 확인되었으며 유효기간 내의 표준물질 발색제(C-5) 재고 또한 보유하고 있지 않았다.

다만, '24. 4. 3. 이후에 2차 확인시험은 실시하지 않아 유효기간이 지난 발색제(C-5)를 사용한 적은 없는 것으로 확인되었다.

조치할 사항

☆☆본부, ㉠㉡본부장은 표준물질의 유효기간이 초과하지 않도록 점검방안을 마련하고 유효기간 내 표준물질 재고를 확보하여 운영하시기 바랍니다. (통보, 주의)