

모 범 사 례

제 목 시험용 가스용기 전도 방지용 거치대 설치
소 관 부 서 □□본부
내 용

한국석유관리원은 「안전보건관리규정」 및 「안전보건경영시스템 표준매뉴얼」에 따라 중대재해 예방 및 안전 문화 확산을 위하여 부서별 안전보건 추진 전략을 수립하고 유해위험 요인을 사전에 파악하여 개선하고 있다.

□□본부는 상기 규정에 따라 위험물 창고 등 청사 시설물을 대상으로 내부 직원 위험성 평가를 실시한 결과, 시험팀 내 가스실에 다수의 가스용기를 하나의 전도 방지 끈으로 체결하고 있어 가스 교체 등의 작업 시 가스용기가 전도되어 화재 및 상해사고가 발생할 위험이 존재하는 것을 파악하였고,

이를 개선하기 위해 내부 직원 의견 수렴 및 타 본부 현황 조사 결과, 가스용기 전도 방지용 거치대 설치가 필요하다고 판단하였고 ○○○○본부 협조(미사용 거치대 보유)를 통해 거치대 설치를 완료하였다.

【그림1】 시험용 가스용기 전도 방지용 거치대 설치



이와 같이 전도 방지용 거치대 설치를 통해 가스용기별 상·하 고정을 통한 전도사고 유해위험 요인을 제거하였고, 가스 종류와 사용 여부 등을 구분하여 재고관리 및 정돈 상태를 개선하였다.

또한, 타 본부 폐기 예정이었던 여분의 거치대를 활용함으로써 예산 절감 효과를 거두었다.