

감사결과처분(요구)서

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	채()안부터 각1개월내

△△△△△△△△△△△△△△△△

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 자동심장충격기(AED) 관리소홀

관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 『국립공원 재난관리 장비 보유기준 및 운영지침, 2020.01.01.』 별표10 [자동심장충격기(AED) 운용 및 관리기준]에 의거, 최초 구매 및 인수된 AED는 지역 관할 보건소를 통해 통합응급의료 정보 인트라넷(<http://portal.nemc.or.kr>)에 등록·관리하여야 하며, 매월 1회(매월 1일 또는 안전점검의 날 등) 통합응급의료정보 인트라넷 AED 관리 점검항목에 따라 정기점검을 실시하고, 지역(부서)의 관리담당자를 지정하여 점검토록 해야 함.

※ 점검일지는 통합응급의료정보 인트라넷 점검대장으로 같음한다.(3년간 기록유지)

2. 현황 및 지적내용

- 자동심장충격기(AED) 보유 현황

물품명	모델명	제조사	구매연도	비고
자동심장충격기	***** PAD 300P	***** Technologies Inc.	2016	

- △△△△△△△△△△△△△△△에서는 직원 및 탐방객 응급상황 대비 사무실내 자동심장충격기(AED)를 설치·운영 중에 있으나, 『국립공원 재난관리 장비 보유기준 및 운영지침, 2020.01.01.』 별표10[자동심장충격기(AED) 운용 및 관리기준]에 의거 지역 관할 보건소를 통해 통합응급의료 정보 인트라넷에 등록하여야 함에도 미이행 하였으며, 매월 1회 통합응급의료정보

인트라넷 AED 관리 점검 항목에 따라 정기점검을 실시하여야 함에도 미이행한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】
 - 미등록된 자동심장충격기(AED)에 대해 통합응급의료정보 인트라넷에 등록 및 관리
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련