

전 북 대 학 교 병 원

개선

조치할 사항

전북대학교병원장(○○○장)께서는

P6000 처방에 따른 검사와 관련된 고가(高價) 시약 및 유효기간이 경과된 시약은 별도의 장부관리(고가 시약)와 조속한 교환(유효기간 경과 시약) 등으로 보다 명확하고 체계적인 재고관리가 될 수 있도록 하시기 바랍니다.(개선)

일련번호 : 4

제 목 검사재료(시약) 관리 미흡

소관부서 전북대학교병원 진료처 ○○과

조치부서 전북대학교병원 진료처 ○○과

내 용

우리 병원 ○○과 ○○○○○○○○실에서는 암환자의 유전자 변이를 검출하기 위해 암환자의 종양조직 DNA, RNA 추출 후 차세대 염기서열분석기(NGS)를 이용하여 고가(高價)의 관련 시약들을 혼합하여 해당 검사를 시행하고 있다.

이러한 검사와 관련하여 고가의 시약 사용에 따른 관리 상태를 파악하기 위해 2018년 11월부터 2021년 10월까지의 차세대 염기서열분석기에 실제 사용된 사용량과 처방 건수에 따른 환산 사용량의 내용을 확인한 결과, 검체 부적합으로 인하여 접수취소 또는 재검이 발생되고, 외부정도관리 & 유전자 숙련도 평가 외부인증을 받는데 사용되어 처방 건수에 상응하는 사용량보다 실제 더 많은 사용을 하게 되어 그 차이가 발생됨을 확인하였다.

또한, 분자화학검사실에서는 ‘C-kit’ 시약 50T 중 28T의 유효기간이 3개월이 지났음에도 납품업체로부터 교환 등의 조치를 취하지 않고 보관하고 있었고, 일부 유효기간이 경과된 품목을 교환하는 과정에서는 결재를 득하여 문서로 관리되지 않고 처리함도 파악되었다.