

현 지 시 정(조치완료)

1. 제 목 : 자동심장충격기(AED) 설치 및 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ◇◇보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

공단에서는 입소자 및 근로자의 응급상황에 대비하기 위하여 「응급의료에 관한 법률」 등 관련법령에 따라 자동심장충격기를 설치하여 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「응급의료에 관한 법률」 제47조의2(심폐소생을 위한 응급장비의 구비 등의 의무) 제1항은 「공공보건의료에 관한 법률」 제2조 제3호에 따른 공공보건의료기관¹⁾을 대상으로 자동심장충격기 등 응급장치를 갖추도록 규정하고 있습니다.

또한, 「공공장소 및 다중이용시설의 자동심장충격기 설치 및 관리 지침」 제4판 IV.자동심장충격기의 관리에 따르면 자동심장충격기의 설치위치, 모델명, 제조일자, 관리책임자, 전극패드 등 부속물의 교체, 사용이력 등을 작성하고 일정 기간 보관하여야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서 자동심장충격기 관리 책임자는 보훈요양원 입소자 및 근로자의 응급 상황에 신속히 대응하기 위해 정기점검(매월), 부속장비 교체, 직원 안전교육 실시 등 자동심장충격기가 상시 가동이 가능하도록 관리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◇◇보훈요양원 자동심장충격기(AED) 관리 실태 등을 점검한 결과, 2015년 5월, 2016년 10월에 각 X대 설치 후 관리 책임자에 의해 매월 정기점검을 실시하고 있으나, [표]와 같이 부속물의 사용기한이 도래하여 응급상황 시 사용할 수 없는 문제를 확인하였습니다.

1) 공공보건의료에 관한 법률 시행령 제2조 제12호 「한국보훈복지의료공단법」에 따른 한국보훈복지의료공단

[표] 자동심장충격기 관리현황

장비명	설치일	설치장소	설치대수	부착패드 사용기한
자동심장 충격기(AED)	2015년 05월	2층 간호사실	X대	2021년 03월
	2016년 10월	3층 간호사실	X대	2023년 12월

4. 관계기관 의견

◇◇보훈요양원에서는 감사 결과를 수용하여, 감사기간 중 현지 시정하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◇◇보훈요양원장은

- 자동심장충격기(AED)가 응급상황 시 사용할 수 있도록 부착패드를 교체하여 현지 조치를 완료하였습니다. **(현지 조치)**