

1. 업무개요

환경안전지원단 〇〇〇〇〇〇〇〇처(〇〇〇〇〇〇부, 이하 “〇〇〇〇〇〇부”라 한다)는 라돈 노출에 취약한 주택 및 주민공동 이용시설(마을회관, 경로당 등)을 대상으로 실내 라돈 무료 측정과 실내 라돈을 저감관리 할 수 있는 맞춤형 라돈 저감 컨설팅 업무를 수행하기 위해 라돈측정기를 활용하고 있다.

[표 1] 라돈 측정기 보유 현황

구분	구분		기기고유번호	취득일	취득가(원)	제품사진	
*	단기측정기 ¹⁾	RAD*	*****	****. **. **.	*,***,***		
*			*****	****. **. **.	*,***,***		
*			****	****. **. **.	**,***,***		
*		FRD***	F@N@*****	****. **. **.	*,***,***		
*			F@N@*****	****. **. **.	*,***,***		
*			F@N@*****	****. **. **.	*,***,***		
*			F@N@*****	****. **. **.	*,***,***		
*			F@N@*****	****. **. **.	*,***,***		
*		장기측정기 ²⁾	RSV	*****	****. **. **.	***,***,***	
**				*****	****. **. **.	***,***,***	
합계					***,***,***	—	

2. 관련규정 및 판단기준

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙」(□□□령 제0000호, 0000.

1) 단기측정: 0~0일 정도의 짧은 기간 동안 측정하고, 라돈 농도의 신속한 확인이 필요한 경우 사용

2) 장기측정: 0~00개월 동안 측정하고, 연평균 라돈 농도를 정확히 파악하기 위해 사용

00. 00.) 제7조(정도검사 기준과 주기)에 따르면 “정도검사는 측정기기가 형식승인 및 변경승인의 기준에 따른 구조와 성능을 유지하고 있는지를 검사하여야 하며, 측정기기를 사용하는 자는 사용 전에 최초 정도검사를 받아야 하며, 최초 정도검사를 받은 날부터 정도검사 주기마다 그 끝나는 날의 00일 전부터 끝나는 날의 00일 후까지의 기간에 검사기관에서 정도검사를 받아야 한다”고 명시되어 있다.

♣♣♣♣♣♣부는 보유하고 있는 라돈측정기를 업무에 사용하기 위해 매년 정도검사를 실시하고 있으며, 검사 비용으로 0000년 *,***,***원, 0000년 *,***,***원, 0000년 *,***,***원, 0000년 *,***,***원으로 총 **,***,***원을 지출하였다.

[표 2] 라돈 측정기 정도검사 현황

구분	구분		정도검사 비용(원)			
			****년	****년	****년	****년
*	단기측정기	RAD* *대	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***
*		FRD*** *대	*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***
*	장기측정기	RSV *대	형식승인 미해당 측정기로 교정대상 아님			
합계			*,***,***	*,***,***	*,***,***	*,***,***

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 0000년 실내공기질 공정시험기준 주시험방법인 알파비적검출법³⁾이 도입됨에 따라, ♣♣♣♣♣♣부는 장기측정기인 다중가스검출기(RSV)를 구입하여 사용하고 있어, 0000년 0월부터는 단기측정기를 사용하지 않고 있다.

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙」(□□□령 제0000호, 0000.

3) 알파비적검출법: 장기간 라돈 평균 농도를 평가할 때 적합하며, 00일 이상 0년 미만의 측정시간이 요구되는 방법으로서 플라스틱이나 셀룰로스 같은 고체 필름 표면에 방사선 입자가 입사될 때 생성되는 미세한 손상을 계수하여 라돈 농도를 측정하는 실내 라돈 농도 측정을 위한 대표적인 측정 방법

00. 00.) 제7조(정도검사의 기준과 주기) 제4항에는 “환경오염도를 측정하여 그 결과를 행정목적으로 사용하지 아니하거나 외부에 알리기 위한 목적으로 사용하지 아니하는 측정기기의 경우에는 정도검사를 받지 아니하고 사용할 수 있다”고 되어 있다.

♣♣♣♣♣♣부는 단기측정기기를 라돈 측정 업무에 사용하지 않고 있어 정도검사를 받지 아니하고 사용할 수 있었으나, 0000년부터 0000년까지 검사 비용으로 총 **,***,***원을 지출하였다.

따라서, ♣♣♣♣♣♣부는 현재 사용하지 않고 매년 정도검사를 실시 해온 단기측정기를 정도검사 대상에서 제외하거나, 라돈 측정 업무에 활용하기 위한 방안을 마련할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(●●●●●처장)는 정도검사 승인 장비(라돈측정기) 활용을 미흡하게 한 환경안전지원단 ●●●●●●●처 ♣♣♣♣♣♣부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 환경안전지원단장(●●●●●●●처장)은 현재 사용하지 않고 매년 정도검사를 실시 해온 단기측정기에 대하여 라돈 측정 업무에 활용할 수 있도록 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】