

한전KDN(주) 상임감사 통보

제 목 공기구 관리 소홀

소 관 부 서 ■■■■■(♠♠♠♠♠부)

조 치 부 서 ■■■■■(♠♠♠♠♠부), □□□□□□□□

구 분 공기구 관리(공기구운영)

내 용

1. 업무 개요

정보통신사업처 정보통신기획부는 공구 및 계측기(이하 “공기구”라 한다)의 정수를 관리하고, 계측의 정밀·정확도를 최적의 상태로 유지하여 공기구의 정밀도 확보를 위해 공기구의 검교정 주기 산정과 계획을 수립한 후 운영부서별로 공기구 검교정을 시행하도록 하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「공구 및 계측기 관리 절차서」 4.5(검교정 계획 수립)에 따르면 운영부서는 검교정 시행 후 실적 관리를 한다고 정하고 있으며, 동 절차서 4.7(검교정 검사 및 점검 시행) 4)에 따라 공기구 운영부서 담당자는 주기 내 차질 없는 검교정 및 점검 시행의 확인을 위하여 검교정 완료 여부를 ○○○○○시스템 내 ‘검교정 계획 및 실적’의 시행여부란에 표시하여 관리해야 한다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

매년 공기구 운영부서는 검교정 대상 공기구를 ○○○○에 등록하고 정보통신

기획부는 검교정 대상을 확정하여 용역사에 의뢰한 후 그 결과를 회보 받고 있다. 그러나 검교정 결과를 0000에 등록하는 행위는 운영부서가 수행하며 이에 대한 이행 여부가 관리되고 있지 않았다. '18년부터 '20년까지 우리 회사에서 시행한 공기구 검교정 시행 현황을 확인한 결과, [표 1]과 같이 운영부서에서 0000에 입력한 공기구 검교정 대상에 대한 계획 대비 결과 등록 비율은 년도가 지날수록 감소하고 있다. 더불어 이번 감사대상인 00000000의 공기구 검교정 실적 등록률도 저조하였다.

[표 1] 전사 공기구 검교정 현황

(단위: 건, %)

년도	검교정 계획 수립		검교정 결과 등록		등록 비율	
	전사	0000000000	전사	0000000000	전사	0000000000
00	xxx	xx	xxx	xx	xx%	xx%
00	xxx	xx	xxx	xx	xx%	xx%
00	xxx	xx	xxx	xx	xx%	xx%

※0000에 입력된 연간 검교정 계획 수립대비 결과 등록 건수

그 결과 해당 공기구의 최근 검교정 결과인 오차 및 사용한계에 대한 정밀, 정확도 및 사용가능 여부를 0000에서 확인 할 수 없었고, 이력관리도 되지 않는 등 공기구 관리에 소홀하였다.

관계부서 의견

정보통신기획부는 공기구의 운영 상태를 현행화하여 유지관리하기 위해 검교정 계획 수립부터 결과 등록까지 시스템화하여 이력을 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

00000000장은 공기구의 검교정 시행 후 그 결과의 등록 여부를 0000에서 확인하여 상시 관리될 수 있도록 방안을 마련하여 조치하시기 바랍니다. (통보)

0000000000장은 미등록된 검교정 결과를 0000에 등록하고 상시 관리하여 이력관리가 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)