

7. 평가 유예 신의료기술 의료기기 도입에 관한 사항

□ 관련부서: □□□□과

「신의료기술평가에 관한 규칙」 제2조 제2항은 「의료기기법」 제6조 제2항 및 제15조 제2항에 따라 제조허가·수입허가 등을 받은 의료기기를 특정한 목적(대상질환 또는 적응증 포함)으로 사용하는 신의료기술에 대해 2년 이내의 범위에서 신의료기술평가를 유예할 수 있도록 규정하고 있으며, 신의료기술평가 유예가 끝나기 30일 전까지 신의료기술평가를 신청한 경우 그 결과 통보일까지 해당 의료기술을 임상 의료현장에서 실시할 수 있다.

보건복지부는 평가 유예 신의료기술 고시 제2022-124호(2022. 5. 26.)를 통해 ‘경두개직류자극술을 이용한 주요 우울장애 치료’를 위한 심리요법용뇌용전기 자극장치(□□□-□□□□□□, (주)□□□□□□, 제허□□-□□□□호)를 평가 유예 신의료기술 의료기기로 지정·고시(유예 기간 : 2022. 6. 1.~2024. 5. 31.)함으로써 평가 승인 전 해당 장비의 임상 사용을 가능하도록 하였고, 2024년 4월 26일 신의료기술평가 신청 접수로 최종 평가결과 공표(250일 이내)를 앞두고 있다.

2023년 10월 □□□□□□과가 평가 유예 신의료기술 의료기기(□□□-□□□□□□)를 도입 요청하는 과정에서 기존 기자재도입 신청 시스템을 통해 관련 부서로부터 확인사항에 대한 사전검토가 진행되었으나, □□과는 사전검토 부서에 포함되어 있지 않고 수가 신설에 대한 검토는 의료장비 계약 후 진료과의 요청에 따라 진행되고 있어 수가 관련 사전검토가 이루어지지 않았다. 또한 「기자재도입심의위원회규정」 제6조 제1항은 기자재도입의 합리화를 목적으로 기자재 구매의 타당성, 경제성 등을 심의하도록 규정하고 있으나, 신의료기술 평가 결과에 따라 장비 계속 사용 여부가 결정될 수 있는 특수성을 가진 의료기기 도입 건에 대해 심의부서인 □□□□과는 평가 유예 신의료기술 의료기기의 특수성에 따른 경제성 검토(예상 진료실적 검토를 위한 수가, 처방건수, 예상 수입 등)가 면밀하게 수행되지 않고 장비 도입을 승인하였다.

[표 8] 평가 유예 신의료기술 의료기기 도입 관련 수가 사항 검토 현황

항목	기자재도입 신청시 사전검토	기자재도입 심의	진료수가조정위원회 심의
부서	□□과, □□□□과, □□□과, □□□□과	□□□□과	□□과
날짜	2023. 10. 17.	2023. 10. 30.	2024. 5. 27.
내용	수가 사항 □□과 사전검토 없음 (시스템 미지원)	예상수가 등을 기반으로 한 수익성 검토 없음	장비 취득(2024. 2. 15.) 이후 수가 사항 최초 검토 및 수가 책정

<조치할 사항>

- 【주의】 ① 기자재도입 실무검토 단계에서 신의료기술 의료기기여부 등 수가 관련 사전검토가 이루어지도록 규정 개정 등 필요한 절차를 마련하고,
② 「기자재도입심의위원회규정」에 따른 기자재도입의 타당성, 경제성 및 적정성 등을 충분히 검토하여 심의되도록 업무를 처리하기 바랍니다.

【관련자】 □□ □급 □□□(□□□□과)