

4. 의료장비 반출 관리 미흡

전자동면역검사기는 면역조직 화학염색을 시행하여 정밀검사하는 장비로, □□과는 2018년 (주)□□□□□과 무상임대차 계약을 통해 BMK Ultra모델을 도입한 이래 2022년 12월 사용연장을 승인받아 지속 운용해 왔다. 그 후 제88차 기자재도입심의위원회에서 대체장비 도입을 승인받아 BMK Ultra Plus가 신규 납품되었고, □□과는 기존 운용 장비(BMK Ultra)를 계약의 해지 등 반출 근거 없이 2024. 4. 8. 업체에 임의 반납 처리하였다.

또한 PCR 관련 무상임차 의료장비 현장 점검 결과, Real Time PCR System과 HPV Auto System은 장비 점검·수리를 위한 외부 반출 사안 발생 시 □□□과 수리 의뢰 또는 해당 사안에 대한 별도의 내부결재 등 공식적인 처리 절차 없이 병원 외부로 임의 반출되어 실물 자산이 확인되지 않는 등 운용 자산의 외부 반출 내역이 철저히 관리되지 않고 있다.

[표 5] 의료장비 임의 외부 반출 내역

연번	자산코드	자산명	규격	반출일	반출사유	비고
1	ZZ02162010001	전자동면역검사기	BMK Ultra	2024.4.8.	계약해지(예정)	계약해지 완료 전 장비 임의 반납
2	EQ09280000014	Real Time PCR System	CFX96	2024.4.19.	수리	4. 26. 현장점검 시 실물없음 4.29. 재반입 확인
3	EQ09280000021	HPV Auto System	CFX96	2024.4.26.	수리	4. 29. 현장점검 시 실물없음 대체장비 사용중

<조치할 사항>

【시정】 「의료기기 관리지침」에 따라 부서 내 장비관리 업무절차를 마련하여 관리를 철저히 하기 바랍니다.

【관련자】 □□□□ □급 □□□