

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 수질검사소 운영·관리 철저

소 관 부 서 ○○○○○○○○처

조 치 부 서 ○○○○○○○○처

내 용

1. 업무개요

○○○○○○○○처는 ㄴㄴ지역 내 위치한 사업소의 수질검사, 기술지원 등을 위해 수질검사소를 운영하고 있으며, 해당 수질검사소는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」(이하 “환경시험검사법”이라 한다.) 제16조(측정대행업의 등록)에 따른 ‘수질분야 측정대행업’, 「먹는물관리법」 제43조(검사기관의 지정)에 따른 ‘먹는물 수질검사기관’으로 지정되어 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

환경시험·검사기관으로 지정된 기관은 시험·검사 결과의 신뢰도를 확보하기 위하여 「환경시험검사법」 및 「환경시험·검사기관 정도관리 운영등에 관한 규정」 별표 1에 따라 기관의 방침, 목표 및 업무절차를 체계적으로 문서화(품질문서)하여 이에 따른 정도관리 시스템을 확립하고 이를 실행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ○○○○○○○○처에서 작성·관리 중인 품질문서(품질매뉴얼, 품질절차서 등)를 바탕으로 수질검사소 운영·관리 현황을 확인한 결과 아래와 같이 개선이 필요한 사항을 확인하였다.

가. 품질책임자(부) 임명 부적정

○○○○○○○○○처는 기존 먹는물 수질검사기관의 품질책임자(부)가 인사이동으로 타 부서로 전출함에 따라 품질책임자(부) 변경 사유가 발생(2024. 12. 30.)하였으나, 감사기간까지 변경 임명을 시행하지 않아 품질책임자 부재 중 검사결과 등에 대한 이슈 발생 시 책임소재가 불분명하고, 외부기관 점검 시 관련 규정 위반에 따른 지적사항 발생이 우려된다.

나. 시약관리대장 현행화 미흡

○○○○○○○○○처에서 관리 중인 품질지침서 내 ‘안전관리’에 따르면 시약에 관한 기록은 정기적으로 재고조사(분기 1회)를 실시하여 시약 관리대장에 등재하여 관리하도록 하였으나, 시약 관리대장과 실제 시약 재고현황을 비교·확인한 결과 시약 관리대장이 현행화되어 있지 않아 시약의 유효기간, 재고량이 일부 일치하지 않은 사실을 확인하였다.

다. 시험실 안전점검표 작성·관리 미흡

○○○○○○○○○처에서 관리 중인 품질지침서 내 ‘안전관리’에 따르면 시험담당자는 매일 시험실 안전점검을 한 후 그 결과를 시험실 안전점검표에 기록하고 서명하여 월 1회 기술책임자의 승인을 받도록 하였으나, 실지감사 기간 중 현장 확인 결과 일부 5월 안전점검표 기록이 10일여간 누락되어 있었고, 과

거 안전점검표를 확인한 결과 각 시험실별로 지정된 담당자가 아닌 직원 1인이 일괄적으로 기록·서명한 사실을 확인하였다.

한편, 현재 활용 중인 시험실 안전점검표는 2022. 6. 20. 개정된 양식으로 2024. 1. 17. 「K-water 시험실 안전관리 기준」이 제정되며 시험실 일상점검표 양식(별지 서식 제1호)도 함께 제정된바 품질지침서 상 시험실 안전점검표의 개정이 필요한 실정이다.

라. 수질검사 접수증 현행화 미흡

○○○○○○○○○처에서 관리 중인 수자원검사소(수질분야 측정대행기관)의 품질절차서 내 ‘시험의뢰 및 계약 시의 검토 절차서’의 ‘수질검사 접수증’ 양식을 확인한 결과, 문의 전화번호가 변경되지 않아 현재 부서 조직도상 존재하지 않는 번호가 기재되어 있어 변경이 필요한 사실을 확인하였다.

관계부서 의견 ○○○○○○○○○○처에서는 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○○○○○○○○○처장은 품질문서를 현행화하여 시약관리, 안전관리 등 세부사항을 철저히 준수하시기 바랍니다. (통보)