

일련번호	△△△-2
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2025년도 △△△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치 하기 바라며, 감사 결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2025. 10. 2.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△ △△△	2025	현지조치	-	-

제 목 : 청사 AED 관리책임자 지정 필요

(현 황)
○ 자동심장충격기(AED) 관리 및 사용방법에 대한 보건복지부 가이드라인에 따라 자동심장충격기 설치시에는 스탠드형, 벽걸이형 등 일정 규격의 고정형 보관함에 보관하고, 보관함 외부에 보관함임을 알릴 수 있는 표시와 비상연락처(담당부서, 담당자 등)를 부착하며, 보관함 내부에는 사용방법 안내문과 정기점검 체크리스트를 함께 비치하도록 하고 있음.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△는 직원 및 탐방객 안전관리를 위해 탐방원 내 자동 심장충격기(AED)를 설치하여 운영중에 있으나, 보관함 외부에 비상연락처(담당부서, 담당자 등)가 미부착되어 있는 실정으로 조치가 필요함.

(사진대지)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - 청사 AED 관리책임자 지정 필요