

일련번호	△△사무소-8
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2026년도 △△△△△△사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 시정조치하기 바라며, 감사 결과를 통보받은 날로부터 1개월 이내에 조치 결과를 통보하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2026. 2. 13.

△△△△공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△사무소	2026	현지조치	-	-

제 목 : △△△분소 AED 설치위치 표기 필요

(현 황)
○ 응급의료에 관한 법률 제47조의2(심폐소생을 위한 응급장비의 구비 등의 의무)에 따르면 자동심장충격기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비를 설치한 자는 해당시설 등의 출입구 또는 여러 사람이 보기 쉬운 곳에 사용에 관한 안내표지판을 부착하여야 한다.

(위법부당내용)

- △△△△△△사무소 △△△분소는 「응급의료에 관한 법률」에 따라 심폐 소생을 위한 응급장비를 갖추어 관리하고 있으나, 해당장비에 설치위치 표시가 되어 있지 않은 실정으로, 설치위치 표기가 필요함.

(사진대지)

--	--

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△사무소】
- △△△분소 AED 설치위치 표기 필요