

【일련번호 6】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 화순병원 간호부

【처 분 종 류】 경고

【제 목】 멸균기 정기점검 관리 소홀

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

화순병원 간호부(중앙지원과)는 수술 및 시술기구의 적절한 세척, 소독, 멸균 과정을 관리하여 의료관련 감염발생 위험을 최소화하고, 멸균기 등 멸균장비를 정기적으로 점검·관리하여 정상적으로 작동되도록 유지하는 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령(판단기준)

「의료법 시행규칙」 제39조의2(의료기관의 위생관리 기준)에 ‘멸균기 등 멸균장비는 정기적으로 점검·관리하여 정상적으로 작동되도록 유지’ 하도록 하고 있으며, 4주기 급성기병원 인증기준 8.5「의료기구의 세척, 소독, 멸균 감염관리 규정」에 멸균기 일상점검 및 정기점검과 관련하여 ‘제조사의 지침에 따라 자격을 갖춘 사람이 유지, 보수 및 정기적으로 검사를 수행하고 기록하여 1년간 보관’ 하도록 정하고 있다. 한편, 「복무규정」 제4조 성실 의무에 따라 직원은 법령과 정관 및 제 규정을 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 2021년 9월부터 2025년 7월까지 화순병원 간호부(중앙지원과)의 멸균기 정기점검 내역을 점검한 결과, [표5] 과 같이 담당자가 휴가중 임에도 점검을 한 것으로 서명되어 있어 실제 점검활동에 소홀함이 있는 사실을 확인하였다.

[표5] 멸균기 정기점검 담당자 휴가 내역

담당자(직원번호)	멸균기 종류	정기점검 일자	휴가일	비고
신**(SI0****)	EO Sterilizer 3호기	2024-05-22	2024-05-22	**휴가
장**(SI0****)	EO GAS Sterilizer 1호기	2024-07-26	2024-07-26	**휴가
장**(SI0****)	EO GAS Sterilizer 2호기	2024-07-26	2024-07-26	**휴가
장**(SI0****)	EO GAS 감지기	2024-07-26	2024-07-26	**휴가
장**(SI0****)	EO GAS Sterilizer 1호기	2024-08-30	2024-08-30	**휴가
장**(SI0****)	EO GAS Sterilizer 2호기	2024-08-30	2024-08-30	**휴가
장**(SI0****)	EO GAS 감지기	2024-08-30	2024-08-30	**휴가

4. 판단요지

병원에서 사용하는 멸균기는 의료관련 감염 예방을 위한 핵심 장비로서, 정기적인 점검과 관리가 필수적이다. 멸균기의 정상적 작동 여부는 환자의 안전과 직결되는 사항으로, 형식적인 점검이 아닌 실질적인 점검이 이루어져야한다.

담당자가 휴가중임에도 점검 기록이 작성된 것은 점검 업무가 형식적으로 이루어지고 있음을 보여주며, 이는 점검 부실 또는 소홀로 이어져 병원의 감염관리 정책에 대한 신뢰성 훼손과 그로 인한 환자 안전사고 발생을 초래할 수 있는바, 정기점검 업무가 실질적으로 수행될 수 있도록 개선이 요구된다.

이에 ① 대체 점검 담당자의 명확한 지정과 운영 방안 마련, ② 점검 기록의 신뢰성 확보와 멸균기 관리의 중요성에 대한 인식 강화를 위한 담당자 교육 실시, ③ 정기점검 이행 여부의 주기적 모니터링 등 멸균기 정기점검 업무에 만전을 기해야 할 것이다.

【처 분 요 구】

화순전남대학교병원장은 멸균기 정기점검 절차에 대한 명확한 지침을 세워 실질적인 점검이 이루어지도록 하고 담당자 부재시 대체 점검 체계를 마련하시기 바라며, 추후 동일한 지적사항이 발생하지 않도록 관련자에게 엄중 경고하시기 바랍니다.(경고-화순병원 간호부)