

감사결과 처분서

개선

- 제 목 : 기자재관리위원회 운영에 관한 사항
- 내 용

충북대학교병원 「업무분장규정」에 따르면 ☆☆☆☆실은 의료장비의 구매 및 관리에 관한 사항을 담당하고 있으며, 「기자재관리위원회 규정」에서는 ☆☆☆☆실장을 기자재관리위원회 간사로 지정하여 위원회 관련 사무를 처리하도록 규정하고 있다.

「기자재관리위원회운영규정」 제4조제5호에 따르면, 기자재관리위원회는 의료기기의 규격·성능 등의 적정 여부를 심의하도록 되어 있다. 또한, 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」(기획재정부) 제5조제4항제5호에서는 물품의 제조·구매입찰 시 부당하게 특정 상표나 규격, 모델을 지정하여 입찰에 부치는 행위를 금지하고 있다.

이에 따라 각 부서는 기자재 구매를 요청할 때 특정규격 지정 사유서를 작성하여 제출하고, ☆☆☆☆실은 특정규격 지정 사유의 타당성에 대한 △△학과의 기술적 검토를 거쳐 기자재관리위원회에 상정하는 절차로 업무를 수행하고 있다.

그러나 감사 결과, 감사대상 기간 동안 ☆☆☆☆실에서 개최한 기자재관리위원회 심의안건 중 【붙임】과 같이 34건에서 △△학과의 ‘특정규격 지정 사유 부적정’ 의견을 제시하였음에도 불구하고, 해당 안건이 위원회에 상정되어 통과된 사실이 확인되었다.

관련자 의견(및 검토결과)

관련자 의견 없음.

○ 조치할 사항

☆☆☆☆실에서는 향후 의료기기 구매 시 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」이 준수될 수 있도록 기자재관리위원회 상정안전에 대하여 특정규격 지정사유의 타당성을 강화할 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

【붙임】 △△학과 단수지정 사유 검토 내역

연번	심의차수	요청부서명	장비명	규격	단수지정 검토결과
1	2022년 5차				
2	2022년 16차				
3	2022년 16차				
4	2022년 17차				
5	2022년 19차				
6	2022년 19차				

연번	심의차수	요청부서명	장비명	규격	단수지정 검토결과
7	2022년 19차				
8	2022년 19차				
9	2022년 20차				
10	2022년 20차				
11	2022년 20차				
12	2022년 22차				

연번	심의차수	요청부서명	장비명	규격	단수지정 검토결과
13	2022년 23차				
14	2022년 24차				
15	2022년 24차				
16	2022년 24차				
17	2023년 4차				
18	2023년 8차				
19	2023년 11차				

연번	심의차수	요청부서명	장비명	규격	단수지정 검토결과
20	2023년 11차				
21	2023년 11차				
22	2023년 11차(2)				
23	2023년 11차(2)				
24	2023년 12차				
25	2023년 14차				
26	2023년 15차				

연번	심의차수	요청부서명	장비명	규격	단수지정 검토결과
27	2024년 4차				
28	2024년 5차				
29	2024년 9차				
30	2025년 4차				
31	2025년 4차				
32	2025년 6차				

연번	심의차수	요청부서명	장비명	규격	단수지정 검토결과
33	2025년 8차				
34	2025년 10차				