

권고 및 통보

제 목 고위험 의료기기 등급 분류 및 정기 예방점검 안전관리에 관한 사항

소 관 기 관 본사 ☆☆☆☆☆실, ■■■·○○○·♣♣·◀◀·▣▣▣▣▣▣병원

조 치 기 관 본사 ☆☆☆☆☆실, ■■■·○○○·♣♣·◀◀·▣▣▣▣▣▣병원

내 용

1. 업무개요

6개 ▣▣병원은 환자에게 안전한 의료서비스를 제공하기 위하여 원내 도입된 의료기기를 위험도에 따라 분류하고,([표 1] 참고) 기기의 오작동 및 안전사고를 사전에 방지하기 위한 예방점검(PM) 및 유지관리 업무를 수행하고 있다.

[표 1] 의료장비 위험도 관리등급 및 의료기기법상 등급분류 대조

관리등급	의료기기 등급	위해성 정도 및 정의
고위험	3~4등급	- 4등급: 인체 내 영구 삽입되거나 고도의 위해성을 가진 의료기기 - 3등급 ¹⁾ : 인체 내 일정 기간 삽입되거나 중증도의 잠재적 위해성을 가진 의료기기
저위험	1~2등급	- 2등급: 잠재적 위해성이 낮은 의료기기 - 1등급: 잠재적 위해성이 거의 없는 의료기기

※ 「의료기기법 시행규칙」 제2조 발취

2. 관계법령 및 판단기준

보건복지부 「지역거점 공공병원 의료장비 심의 및 관리 지침」 및 「의료기기법 시행규칙」 [별표 1]에 따르면, 환자의 생명 유지에 직접 사용되거나 고도의 위해성을 가진 4등급 의료기기는 고위험 의료기기로 필수 분류하여야 하며, 중증도의 잠재적 위해성을 가진 3등급 의료기기는 원내 의료장비 심의위원회의 심의를 거쳐 고위험 또는 저위험 장비로 위험도(등급)를 결정하고 관리하여야 한다.

1) 의료기기 3등급 장비는 의료장비 심의위원회 심의를 거쳐 고위험 또는 저위험 장비로 분류

또한, 6개 병원의 「의료기기 관리 인증규정」에 따르면, 고위험 의료기기로 분류된 장비에 대해서는 사용 부서에서 매일 일상점검을 실시하고, 의료기기 안전관리자(의공기사 등)가 연 1회 이상 정기 예방점검을 수행한 후 기기 표면에 안전점검 필증을 부착하여 가동 안전성을 확보하여야 한다.

따라서, 6개 ■■병원에서는 신규로 취득한 고위험 의료기기는 납품 시의 검수 절차로 최초 정기 점검을 대체할 수 있으나, 도입 후 1년이 경과된 시점부터는 반드시 연간 정기 예방점검 계획을 수립하여 지속적인 안전관리를 실시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2026년 의료장비 운영실태 특정감사 시 6개 ■■병원의 고위험 의료기기 위험도 분류 기준 및 정기 예방점검(PM) 관리 실태를 확인한 결과는 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. 병원별 고위험 의료기기 지정 방식 및 관리 목록 현황

6개 ■■병원의 고위험 의료기기 지정 기준 및 관리 목록을 확인한 결과, 공단 차원의 통일된 안전관리 표준안이 마련되어 있지 않아 병원별로 다른 지정 방식과 기준을 운영하고 있으며, 지정된 관리 장비의 종수 또한 11종에서 24종까지 편차가 발생하는 사실이 [표 2]와 같이 확인되었다.

[표 2] 병원별 고위험 의료기기 지정 방식 및 관리 목록 현황

병원명	지정방식	관리목록 현황
■■■	위원회 심의 방식	고위험 11종 고정 목록 운영(총 11종 운영)
○○○	위원회 심의 방식	고위험 13종, 중위험 4종 지정(총 17종 운영)
===	위원회 심의 방식	고위험 16종, 중위험 8종(총 24종 지정 운영)
♀♀♀	위원회 심의 방식	고위험 15종 고정 목록 운영(총 15종 운영)
◀◀	점수 합산 방식*	고위험 13종, 저위험 9종(총 22종 지정 운영)
■■■	위원회 심의 방식	고위험 8종, 중위험 4종(총 12종 지정 운영)

* 식약처 위험성(10점)+의료기기 기능(10점)+유지관리 위험도(5점) 합산, (고위험) 17점 이상 / (저위험) 14~16점 / 13점 이하: 일반

나. 보건복지부 지침 기준 대비 식약처 위험도 등급 분류 적정성 실태

보건복지부 지침상 식약처 4등급 의료기기는 고위험 필수 분류 대상이나 이를 관리 목록에서 누락하거나, 동일한 식약처 등급(2~3등급)의 장비임에도 병원별로 관리 등급을 다르게 부여하여 운영 중이다. ([표 3] 참고)

[표 3] 주요 의료기기 등급 분류의 병원별 지정 현황

대상장비명	식약처 등급	■■■	○○○	══	☼☼	◀◀	▣▣
의약품주입펌프	2~3등급	누락	중위험	중위험	고위험	저위험	중위험
체외충격파쇄석기	3등급	고위험	누락	고위험	누락	고위험	누락
레이저수술기	3등급	누락	누락	중위험	누락	고위험	누락
체외충격파치료기	3등급	누락	누락	중위험	누락	고위험	누락

※ 각 병원별 제출자료 재구성

특히, 의약품주입펌프(2~3등급)는 환자에게 약물을 정밀 주입하는 위험 장비임에도 ☼☼■■■병원은 ‘고위험’, ○○○·══·▣▣■■■병원은 ‘중위험’, ◀◀■■■병원은 ‘저위험’으로 분류하고 있어, 소속 기구별 동일 기기에 대한 안전관리 기준이 일관되지 않게 운영되고 있다.

다. 신규 도입 장비의 예방점검(PM) 유예기간 경과 후 관리 실태

각 병원은 의료기관 인증평가규정에 따라 신규 취득 장비를 1년 유예 후 정기 예방점검 계획에 편입하여야 하나, 관리 목록 누락 및 점검 주기 관리 부실로 인하여 [표 4]와 같이 2024년도에 도입된 식약처 3~4등급 장비 중 일부가 점검 사각지대가 발생하고 있다.

[표 4] 2024년 도입 장비의 예방점검(PM) 유예 기간 경과 후 관리 미비 현황

병원명	대상 장비명	취득금액(천원)	식약처 등급	도입일자
■■■	체외형심장박동기	x,xxx	4등급	2024.10.
☼☼	상·하지재활로봇시스템	xxx,xxx	3등급	2024.10.
◀◀	저출력심장충격기	x,xxx	3등급	2024.12.
▣▣	고주파저온수술기	xx,xxx	3등급	2024.06.

※ 병원별 제출자료 재구성

특히, ■■■■■병원의 경우 식약처 최고 위험등급인 4등급 체외형심장박동기를 보유하고 있음에도 이를 고위험 관리 목록에서 누락되어 정기 예방점검 및 일상점검 대상에서 제외하여 운영 중이었다.

결과적으로, 6개 ■■■■■병원은 의료기기 위험도 분류 및 예방점검에 대한 공단 차원의 통일된 안전관리 표준안이 부재하여 병원별로 다르게 적용하고 있으며, 특히 식약처 4등급 필수 장비의 누락 및 동일 품목에 대한 병원별 관리 등급 불일치 등 의료기기 예방점검 관리의 일관성 및 환자 안전을 위한 체계적인 사후 관리 절차가 미흡한 실태이다.

관계기관 의견 및 검토결과

■■■■■병원에서는 의료기기 안전관리 지침상 점검 대상 의료기기를 기구와 재료, 일회성 소모품을 제외하고 전기를 인가하여 지속 사용이 가능한 장비로 정의하여, 병원 자산으로서 반복적이고 상시로 운용되는 장비를 관리 대상으로 정하고 있다고 답변하였다.

또한 (나)사항과 관련하여, 의약품주입펌프는 식약처 분류 기준상 2등급 의료기기로 잠재적 위해성이 상대적으로 낮아 고위험 장비로 분류하지 않고 진료부서 중심의 일상점검 체계로 관리하였고, 2026년부터는 환자 안전 강화 및 의료장비 관리 수준 고도화를 위해 ○○○실이 관리 체계에 참여하여, 고위험 의료기기에 준하는 수준으로 연 1회 정기 점검을 포함한 예방점검 체계를 추가로 운영하고 있다고 덧붙였다.

아울러 체외형 심장박동기의 경우, 배터리(9V)로 구동되며 단기적·제한적으로 사용되는 장비적 특성이 있어 상시 운용 장비와는 관리 방식에 차이가 있다고 판단해 고위험 의료기기 목록에서는 제외하였다고 답변하였으며, 주 사용 부

서인 ◇◇○○▣▣외과에서 일일점검을 수행하고 이상 발생 시 즉시 ○○○실에
점검을 의뢰하는 등 자체적인 안전관리 체계를 유지하고 있다고 답하였다.

끝으로, 현재 공단 차원의 통일된 의료기기 위험도 분류 기준이 부재하여,
각 병원이 자체 규모와 진료 특성, 관리 인력 등을 고려해 개별적으로 기준을
정하고 있는바, 향후 공단 차원의 안전관리 표준안이 마련된다면 더욱 일관성
있는 관리 체계 구축이 가능할 것이라는 의견을 덧붙였다.

그러나, ■■■■병원은 진료과 자체적으로 의료장비를 점검 및 관리하고
있다고 언급하나, 공단 「직무관리지침」 [별표 1]의 표준직무체계상 의료장비
유지·관리는 의료장비 담당의 고유 직무로 명시되어 있다. 특히 식약처 분류 기
준상 고위험 의료기기가 ○○○실의 점검·관리 대상임을 고려할 때, 부서별 자
체 관리에 한정하지 않고 관리 사각지대나 누락이 발생하지 않도록 총괄적인 점
검 체계가 필요한 것으로 판단된다.

조치할 사항

▣▣이사는

(가)사항과 관련하여, 6개 ■■병원이 의료기기 위험도 분류 및 예방점검(PM)을
일관성 있게 수행하고 동일 품목에 대한 관리 편차를 해소할 수 있도록 공단
차원의 통일된 의료기기 안전관리 표준안(위험도 분류 및 점검 기준 등)을 마
련하시고, (권고)

■■·○○·☼☼·▣▣■■■■병원장은

(나)사항과 관련하여, 보건복지부 지침 및 식약처 위해성 등급(3~4등급) 기준에
따라 필수 관리 대상인 4등급 장비(체외형 심장박동기 등)가 고위험 관리 목록
에서 누락되지 않도록 의료기기 위험도 등급 평가 및 관리 목록을 재정비하여

운영하시고, (통보)

■■·☼☼·◀◀·▣▣▣▣▣▣병원장은

(대)사항과 관련하여, 신규 도입 후 예방점검 유예기간(1년)이 경과한 의료장비가
안전관리 사각지대에 방치되지 않도록 누락된 장비를 연간 정기 예방점검계획에
즉각 편입하고, 일상 및 정기 점검을 철저히 이행하시기 바랍니다. (통보)