

통 보

제 목 시험재원 이력관리시스템 기록 미흡
소 관 부 서 ◆◆◆◆◆본부
내 용

1. 업무 개요

한국석유관리원 시험처는 스마트 시험실 구현을 위하여 시험재원 이력관리시스템을 구축(2020.08.10.)하였으며, 한국석유관리원에서 보유하고 있는 시험기기의 보정·수리 등 이력관리 및 시험용품 입·출고, 재고현황 등을 시험재원 이력관리 시스템을 통해 운영하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

「시험실 운영 매뉴얼」(이하 “매뉴얼”라 한다.) 28.2.8에 따르면 시험장비 담당자는 교정 또는 성능 점검을 실시하여 신뢰성을 유지하고 주요부품 교체·수리 시에는 시험재원 이력관리시스템에 기록해야 한다.

또한 매뉴얼 28.2.11에 따라 시험장비 도입 및 담당업체 정보, 교정, 수리, 담당자, 관리상태 등 중요 기록은 시험재원 이력관리시스템을 이용하여 기록·관리 하도록 규정하고 있다.

이와 함께 매뉴얼 9.2에 따라 시험분석에 사용되는 표준물질은 그 표준물질의 제조일자, 유효일자, 정밀도 등이 기록된 인증서, 성적서 또는 관련 자료가 첨부되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

이와 관련하여 감사대상기간('23. 9월 ~ '25년 8월)까지 시험재원 이력 관리시스템 운영현황을 점검한 결과, ◆◆◆◆◆◆본부는 총 16건의 수리 내역 중 6건의 경우 세부 수리내역을 확인할 수 있는 자료인 수리내역서(수리결과보고서)를 시험재원 이력관리시스템에 누락하였다.

또한 인화점(TAG) 시험장비는 주기에 맞춰 보정을 실시하였으나, 보정 후 보정일지가 첨부되지 않은 1건도 확인되었으며 아울러 보정 시 사용되는 표준물질의 인증서, 성적서 또는 관련 자료 일부가 첨부 누락 된 채 관리되고 있었다.

[표 5] 시험재원 이력관리시스템 기록 관리 미흡 현황

번호	내용	수리·보정일	비고
1	HPLC 실린지 밸브 등 교체	2023-08-08	수리내역서 미첨부
2	GC-MS 컴퓨터 메인보드 교체	2024-04-15	
3	유동점 냉각순환장치 냉매 가스 충전 등	2024-06-24	
4	윤활성시험기 컴퓨터 메인보드 교체	2024-12-02	
5	증류성상시험기 레버 교체 등	2024-12-05	
6	증류성상시험기 밸브 교체 등	2024-12-29	
7	인화점시험기(TAG) 기기 보정	2024-12-03	보정일지미첨부
8	빙점(PAC) 보정	2025-02-28 외 1건	표준물질 성적서 첨부 등록 누락 (일부 발체)
9	동점도시험기 보정	2025-08-25	
10	저온겔보기점도계 보정	2025-08-07 외 2건	
11	유동점 및 담점시험기 보정	2025-04-04	
12	황분시험기(UV) 보정	2024-09-26 외 4건	
13	증류성상시험기 보정	2024-12-19	
14	저온필터막힘점 보정	2024-11-06	

관계부서 의견

◆◆◆◆◆◆본부는 감사 의견을 수용하며 향후 시험장비 수리 및
보정 이력관리에 철저를 기하겠다고 하였다.

조치할 사항

◆◆◆◆◆◆본부장은 향후 시험재원 이력관리시스템을 활용하여
시험장비의 보정·수리 등 이력관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다.
(통보)