

【일련번호 3】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 화순병원 방사선종양학과

【처 분 중 류】 경고

【제 목】 방사선관리구역 수시출입자 관리 불철저

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

병원 내 방사선관리구역 출입 절차에는 방사선안전관리자에게 승인을 득한 후 출입하고, 수시출입자¹⁾는 관리구역 출입 전 출입관리대장을 작성한다.

2. 관계 법령(판단기준)

「원자력안전법」 제2조에 “방사선관리구역”이란 외부의 방사선량율(放射線量率), 공기 중의 방사성물질의 농도 또는 방사성물질에 따라 오염된 물질의 표면의 오염도가 원자력안전위원회규칙으로 정하는 값을 초과할 우려가 있는 곳으로서 방사선의 안전관리를 위하여 사람의 **출입을 관리**하고 출입자에 대하여 방사선의 장애(障害)를 방지하기 위한 조치가 필요한 구역으로 정의하고 있다.

같은 법 제106조에 방사선작업종사자와 방사선 관리 구역에 출입하는 사람에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 원자력이용에 따르는 안전성 확보 및 방사선 장애방지에 필요한 **교육 및 훈련**을 실시하도록 하고 있다.

이에 화순병원 4주기 급성기병원 인증기준의「방사선치료 안전관리 규정」에 따르면 방사선 관리구역에는 사람의 출입을 제한하고, 종사자 외의 자가 출입할 때에는 출입관리대장을 작성하고 방사선안전관리자의 지시에 따르도록 한다고 정하고 있다.

1) 방사선관리구역에 청소, 시설관리 등의 목적으로 업무상 출입하는 사람으로서 방사선작업종사자 외의 사람

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 화순병원 방사선종양학과 방사선관리구역 수시출입자 기록을 점검한 결과,〔붙임2〕와 같이 확인자가 휴가일에도 출입관리대장 확인 승인이 되어 있는 등 관리가 제대로 이루어지지 않고 있는 사실을 확인하였다.

4. 판단요지

방사선안전관리 목적은 “방사선작업종사자, 수시출입자, 일시출입자, 환자 및 보호자에 대해 방사선안전관리를 함으로써 방사선에 의한 인체, 물체 및 공공상의 장애를 미연에 방지함”을 목적으로 한다. 방사선관리구역의 수시출입자는 방사선 피폭 위험이 있는 구역에 들어가는 인원이므로, 방사선안전관리자의 승인 후 출입 관리를 해야 하며, 필요한 경우 교육과 훈련도 요구된다.

그러나 점검자가 휴가 중임에도 출입 승인 기록이 남아 있으며, 확인자 서명이 누락된 채 방치되는 등 출입 통제가 소홀하게 운영되고 있음을 확인하였다.

이러한 출입자 부실관리로 인해 방사선 구역의 안전성 저해가 초래된다면 피폭 위험으로까지 연결될 수 있어 매우 철저한 관리가 요구된다. 즉, 피폭사건 발생 시 예상되는 피폭자 개인의 신체적·물리적 손상 뿐만 아니라 병원의 경제적 손실과 대외 이미지 훼손, 중대재해로까지 이어질 경우 그로 인한 사회적 악영향을 고려한다면 출입자 관리 소홀은 중대한 문제로 판단된다.

이에 방사선안전구역의 출입관리에 소홀함이 없도록 방사선안전관리자의 공백 발생 시 대리자를 지정하는 등 방사선으로부터 건강과 안전 보호를 위한 절차의 강화를 통한 철저한 예방 점검활동에 만전을 기해야 한다.

【처 분 요 구】

화순전남대학교병원장은 방사선치료 안전관리 규정을 준수하여 방사선안전구역 출입관리대장 작성 및 관리를 철저히 하시기 바라며, 추후 재발 시 관리자에 대해서도 엄중 문책할 예정이오니 재발 방지 기강을 확립하여 주시기 바랍니다.
(경고-화순병원 방사선종양학과)

【붙임2】

방사선관리구역 수시출입자 기록 및 확인자 불철저 현황

목 적	출입일시	장소	확인자	휴가(출장)일	비고
장비 점검 및 수리	23-02-13 10:00-12:00	3치료실		23-02-13 08:30-12:00	
장비 점검 및 수리	23-07-20 13:00-23:00	2치료실		2023-07-20	
장비 점검 및 수리	24-06-24 12:00-13:00	3치료실		2024-06-24	
장비 점검 및 수리	24-05-08 12:00-13:00	1치료실	방사선안전기록 “확인자” 미기재		
장비 점검 및 수리	24-05-23 18:00-22:30	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-05-24 18:00-22:30	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-05-27 12:00-12:30	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-05-30 18:00-21:30	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-07-16 19:00-21:00	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-07-24 21:00-22:30	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-07-29 15:00-17:30	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-07-31 11:30-13:30	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-08-06 19:30-22:30	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-08-14 11:30-12:30	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-08-21 12:00-12:15	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-09-05 17:00-19:00	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-09-26 19:00-00:30	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-10-15 19:00-20:00	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-11-08 11:30-13:30	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-11-12 12:00-13:30	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-11-14 12:00-13:00	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-11-20 18:00-19:30	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-12-12 18:00-20:30	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-12-17 15:30-16:00	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-12-18 12:00-13:30	1치료실			
장비 점검 및 수리	24-08-22 12:00-13:30	4치료실		24-08-22 ~ 24-08-23	
장비 점검 및 수리	24-11-21 16:30-17:30	4치료실		24-11-21 13:00-17:30	
장비 점검 및 수리	25-01-24 12:00-13:30	4치료실	방사선안전기록 “확인자” 미기재		
장비 점검 및 수리	25-01-21 19:00-21:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-01-10 09:00-12:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-02-06 17:00-18:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-02-06 12:30-13:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-02-25 18:00-01:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-02-25 07:00-08:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-02-24 10:00-11:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-02-18 12:00-13:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-02-12 19:00-21:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-02-11 09:30-10:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-02-10 12:00-13:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-03-27 17:30-20:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-03-27 12:00-13:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-03-04 17:00-19:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-03-14 11:30-13:30	4치료실			

목 적	출입일시	장소	확인자	휴가(출장)일	비고
장비 점검 및 수리	25-04-24 18:00-22:00	4치료실	방사선안전기록 “확인자” 미기재		
장비 점검 및 수리	25-04-29 08:00-11:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-04-28 10:30-20:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-04-18 12:00-12:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-04-01 18:00-19:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-05-26 19:00-19:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-05-08 12:00-13:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-05-07 18:00-19:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-05-07 08:00-10:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-05-05 13:00-00:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-05-04 00:00-09:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-05-03 00:00-23:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-05-02 00:00-23:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-05-01 11:00-00:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-06-27 12:00-12:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-08-08 19:00-22:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-08-07 18:30-01:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-08-26 16:30-17:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-08-21 12:00-13:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-08-19 17:00-20:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-08-12 18:30-20:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-07-24 12:00-13:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-07-30 12:00-13:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-07-29 12:00-13:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-09-10 18:00-18:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-09-02 12:00-13:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-09-24 10:00-11:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-10-14 12:00-13:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-11-06 12:00-13:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-11-10 17:00-18:00	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-12-04 12:00-13:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-12-05 20:00-00:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-12-11 18:30-19:45	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-12-22 19:30-00:30	4치료실			
장비 점검 및 수리	25-07-25 11:30-13:00	6치료실		2025-07-25	
장비 점검 및 수리	25-11-04 13:00-16:00	6치료실		25-11-04 ~ 25-11-05	