

일련번호	05	감사자	♡♡4급 ♡♡♡		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

부 서 주 의

제 목 수질시험기기 구매 시 절차 준수 미흡

소 관 부 서 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆단

조 치 부 서 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆단

내 용

1. 업무개요

우리공사의 ★★★★★센터는 수질검사 업무에 필요한 시험기기를 관련 법령 등에 따라 구매하고 있다. 시험기기 구매는 물품구매 적격심사 또는 규격·가격 동시입찰 등 방법으로 적격업체를 선정하며, 규격·가격 동시입찰의 경우 제품 규격을 평가하는 과정을 거쳐 낙찰자를 결정한다. 또한 기기특성에 따라 시운전을 통해 정상 작동여부를 확인한 후 검수하는 절차로 진행된다.

2. 관계규정 및 판단기준

「2단계경쟁 및 규격·가격 동시입찰 집행기준」 제8조(규격입찰서의 평가)에 따르면 제품규격은 사전에 제시한 규격 또는 조건의 충족 정도에 따라 동 기준 <별표1-1>에 정한 방법에 의한 절대평가를 원칙으로 한다.

또한 ○○○○처-99(2021.01.15.)호에 따르면 5천만원 이상 고가 수질시험기기는 기기별로 구분하여 발주하여야 하고 법정 공인기관 등록 기준 장비 11종에 대해서는 시운전조건부 계약을 적용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 기기 규격평가에 관한 사항

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆단 ★★★★★센터는 2024년 이후 수질시험기기를 구매하면서 총 *건에 대하여 규격·가격 동시입찰을 시행하였다. 규격평가는 각 구매건 별 규격입찰안내서에 명시한 기준에 따라 정확하게 이루어져야 하나, *건의 구매에서 평가점수 부여 오류가 확인되었다. 다만, 실제 제품규격을 고려하여 재평가한 결과 낙찰업체의 변동은 없었다.

나. 기기 시운전에 관한 사항

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆단 ★★★★★센터는 “2024년 ★★★★★센터 GC-FID(가스크로마토그래프) 구매”를 시행하면서 관련 방침에 따라 구매시방서에 정도관리 목표값 달성 여부를 확인하는 시운전을 시행하도록 하였고, 감독원은 업체로부터 시운전 계획서와 시운전 결과보고서를 제출받도록 하였다. 또한 시운전 결과에 따른 시험성적서를 제출하여 이상이 없음이 확인되었을 때 기기납품이 종료된 것으로 간주한다고 명시하였다. 그러나, 감독원은 해당 건에 대해 시운전계획서 및 시운전 결과보고서를 제출받지 않았다.

관계부서 의견 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆단은 감사 지적사항을 수용하면서, 시운전 대상 기기는 관련 법령 등에 따라 내부 정도관리를 완료하여 정상운영 중이며, 규격 평가에 대해서는 향후 관련 업무를 더욱 철저히 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆단장은 향후 수질시험기기 구매 전 과정에서 절차를 철저히 준수하시기 바랍니다. (부서주의)