

특정감사

감사결과보고서

- 시험실 환경제어 측정기기 관리·운영 실태-

2020. 11.

한국산업기술시험원
감 사 부

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사결과	2
1. 감사결과 총괄	2
2. 감사결과 처분요구사항 일람표 및 처분요구 세부사항	2
처분요구 세부사항	
① - 1 동물시험실 온·습도 측정기기 관리·운영 등 부적정(부서경고 및 통보)	4
① - 2 연구실 안전점검 확인 업무 소홀(주의요구)	9
[붙임] 감사결과 처분요구사항 처리요령	11

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 □본부 ○센터에서 수행하고 있는 동물시험실 업무에 대하여 시험실 환경유지를 위해 사용되는 온·습도 측정기기의 부적절한 관리·운영에 대한 민원이 2020. 9. 23. 감사부로 직접 접수됨에 따라 감사부는 관련 업무 실태 등을 점검하는 과정에서 관계부서의 미흡한 업무처리가 확인되어 재발방지를 위해 감사를 실시하였다.

2. 감사대상 및 중점

이번 감사에서는 □본부 ○센터를 대상으로 민원내용에 따라 2020. 7월 ~ 8월 실시한 동물시험실 시설관리 업무가 관련규정에 따라 적절하게 이루어졌는지를 중점 점검하였다.

3. 감사실시 과정

2020. 9. 24.부터 같은 해 10. 7.까지 시설관련 표준작업지침서 및 관련규정, 시험자료 검토 등 서면조사를 실시하고 같은 해 10. 8.부터 10. 14.까지 감사인원 1명을 투입하여 관련자 면담 등 현지 확인출장을 실시하였으며 같은 해 10. 26.부터 10. 30.까지 5일간 감사 인원 2명을 투입해 실지감사를 실시하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 지적사항에 대해 2020. 10. 30. 감사마감회의를 개최하여 관계부서의 의견을 청취하고 같은 해 11. 6. 내부검토를 거쳐 11. 9. 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 [표]와 같이 3건의 위법·부당사항이 확인되었다.

[표] 지적사항 현황

(단위 : 건)

구분	합계	조치사항		부서경고	주의요구	통보
		신분상 조치	행정상 조치			
건수	3	2	1	1	1	1

2. 감사결과 처분요구사항 일람표 및 처분요구 세부사항

일련 번호	관계부서 (관련자)	제 목	처분요구 등 종류	처분요구 세부사항
1	☐ 본부 ☐ 센터	동물시험실의 온·습도 측정기기 관리·운영 등 부적정	부서경고 및 통보	[1]-1
2	☐ 본부 ☐ 센터 (A)	연구실 안전점검 확인 업무 소홀	주의요구	[1]-2

감사결과 주요 확인된 문제점은 다음과 같다

- ① ☐본부 ☐센터는 동물시험실 업무를 수행하면서 2020. 7. 1. ~ 7. 28. 청소 등 동물 시험실 작업으로 인해 여러 차례 동물시험실 내 온·습도 측정기기를 동물시험실 구역 내 전실 또는 복도에 위치시켰다가 다시 시험실 내로 위치시키는 등 온·습도 측정기기를 미흡하게 관리했을 뿐 아니라, 온·습도 측정기기 일탈사항이 발생했음에도 일탈기록지를 미 작성하는 등 일탈처리 업무 소홀
- ② ☐본부 ☐센터는 시험의 정확성과 신뢰성을 높이기 위해 구성원을 대상으로 집체 교육을 실시하면서 특정사안에 대한 수시교육 등 시설관리분야 구성원에 대해서는 3교대 업무의 특성을 이유로 전달교육의 방식으로 운영하는 등 실질적 교육 미비
- ⇒ 표준작업지침서 미 준수 및 형식적 교육이 이루어지지 않도록 부서경고하고, 동물 시험실의 안정적 환경관리를 위해 온·습도 측정기기의 고장 또는 기기이상, 교정 시 대체장비를 확보할 수 있는 방안을 마련토록 통보

- ③ □본부 ○센터 A는 연구실책임자로서 「연구실 안전 환경 조성에 관한 법률」에 따라 매일 1회 안전관리 일상점검에 대해 확인 업무를 성실히 수행하여야 하나 담당자의 실질적인 점검 결과에 대한 이상유무 확인 점검 없이 형식적으로 매월 1회 일괄체크하는 방식으로 점검하는 등 연구실 안전점검 확인 업무 소홀
- ⇒ 연구실 안전점검 확인 업무를 소홀히 하는 일이 없도록 주의요구