

충남대학교병원

주의요구

제 목 개인피폭선량계(TLD) 안전관리 부적정

관계부서 ●●●●과

내 용

「의료법」 제37조 제2항에 의거 의료기관의 개설자나 관리자는 진단용 방사선 발생 장치를 설치한 경우에는 □□□□부령으로 정하는 바에 따라 안전관리책임자를 선임 하고 정기적으로 검사와 측정을 받아야 하며, 방사선관계종사자에 대한 피폭관리를 하여야 하는 바, 우리병원은 ●●●●과 소속 직원을 진단용 방사선 안전관리책임자 (이하 “안전관리책임자” 라 한다)로 임명하여 진단용 방사선 안전관리업무를 수행하도록 하고 있다.

또한, 우리병원은 소속 방사선관계종사자에 대한 적절한 피폭관리를 하고자 「개인피폭 선량계(TLD) 관리지침」 (이하 “관리지침” 이라 한다)을 두고 있으며, 개인피폭선량계의 올바른 관리(분실·파손·보관 등)를 위해 관리지침 제8조에 안전관리책임자의 직무를 다음 【표】와 같이 명시하고 있으며 주요 내용으로 부서별 책임자는 월 1회 개인피폭 선량계 파손 및 분실 유·무를 점검하고 안전관리책임자는 월 1회 이상 방사선관련 종사자에게 문자전송으로 이 선량계 착용 및 관리·보관에 대한 정보를 제공하도록 하고 있다.

【표】 「개인피폭선량계(TLD) 관리지침」 제8조(안전관리책임자의 직무) 관련

- | |
|---|
| <p>제8조 (안전관리책임자의 직무) ① 안전관리책임자는 신규 지급되는 종사자에 대하여 개인피폭선량계(TLD) 지급전에 착용 및 관리·보관방법을 설명한다.</p> <p>② 안전관리책임자는 개인피폭선량계(TLD) 파손 및 분실 관리를 위해 다음과 같은 절차를 마련·시행한다.</p> <p>1. 안전관리책임자는 부서별 책임자를 선정하고, 각 부서별 책임자를 통해 개인피폭선량계(TLD) 수거 및 지급이 이루어지도록 한다.</p> <p>2. 부서별 책임자는 월 1회 개인피폭선량계(TLD) 파손 및 분실 유·무를 점검한다.</p> <p>3. 안전관리책임자는 월 1회 이상 방사선 관계 종사자에게 문자전송으로 개인피폭선량계(TLD) 착용 및 관리·보관에 대한 정보를 제공하여, 적절한 안전관리가 이루어지도록 한다.</p> <p>③ 안전관리책임자는 매 분기(3개월)마다 1회 이상 정기적으로 방사선 관계 종사자 등의 개인피폭선량계</p> |
|---|

(TLD) 피폭선량을 측정 받도록 하여야 한다.

④ 안전관리책임자는 개인피폭선량계(TLD) 피폭선량 측정 성적서가 준 영구 보관되도록 관리하여야 하고, 부서별로 측정결과 사본을 별도 보관하여 상시 열람이 가능하도록 한다.

⑤ 안전관리책임자는 피폭선량 측정 결과 선량초과 우려가 있는지 여부를 점검하고, 선량 초과 우려가 발견될 경우 해당 방사선 관계 종사자 등에 대하여는 즉시 별도 교육을 통해 특별 주의 의무를 환기시킨다.

⑥ 안전관리책임자는 방사선 관계 종사자 등에 대하여 2년마다 건강진단을 실시하여야 하고, 건강진단표 결과지 사본을 첨부하여 관할 보건소에 방사선 관계 종사자 신고를 하여야 한다.

⑦ 안전관리책임자는 방사선 관계 종사자 등에게 “개인피폭선량계(TLD) 파손 또는 분실 시 관할 보건소 및 질병관리본부로 보고된다”는 등과 같은 구체적인 관련 법령 명칭 및 의료법 37조(진단용방사선발생장치) 제2항에 따른 행정 처리 절차를 주지시킨다.

한편, 피폭선량계를 분실 및 파손 등 2회 이상 적정하게 관리하지 아니한 경우 「의료법」 제92조 및 「같은법 시행령」 제45조 별표2에 따라 과태료가 부과되는 데 우리병원은 2020년 개인피폭선량계를 0회(1분기 0회, 3분기 0회) 분실하여 □□□□시 □□청으로부터 의료법 위반에 따른 과태료 00만원(사전납부에 따른 실 납부 과태료 00만원)을 부과 받아 납부(2021.01.18.) 하였고 2021년에도 개인피폭선량계를 0회(3분기) 분실한 사실이 있다.

따라서 안전관리책임자는 우리병원 소속 방사선관계종사자에게 지급된 개인피폭선량계가 올바르게 관리하기 위하여 월 1회 이상 문자전송으로 착용 및 관리·보관에 대한 정보를 제공하여 적정한 피폭관리가 이루어질 수 있도록 최선을 다해야 할 것이다.

그러나 2020.06.01.~2022.05.31. 관리기간 동안 ●●●●과에서 병원 소속 방사선관계종사자를 대상으로 개인피폭선량계 착용 및 관리·보관에 대한 정보를 제공하기 위한 문자전송 내역을 확인한 결과 감사일 현재(2022.06.24.)까지 단 한 차례도 관련 문자를 전송하지 않았다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

① 앞으로 관련 지침에 따라 월 1회 이상 개인피폭선량계(TLD) 착용 및 관리·보관에 대한 정보제공을 위한 문자를 전송하여 소속 방사선관계종사자에 대해 적정한 안전 관리가 이루어질 수 있도록 하시고,

② 관련 업무를 소홀히 한 안전관리책임자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자 : ●●●●과 ▶▶▶▶▶▶▶▶장 □□ O급 신 - 주의]