

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [13] 측정 및 시험장비 관리 미흡

소 관 부 서 ○발전소 ▲부

조 치 부 서 ○발전소 ▲부

내 용

1. 업무 개요

○발전소 ▲부는 발전소 기계, 전기, 제어, 토건분야 설비 정비 업무를 담당하고 있고, ##종의 시험장비를 보유하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단기준

♣♣ 표준절차서 「시험장비 관리」에 따르면 ♣♣발전소의 안전성 및 신뢰도를 확보하기 위해 발전설비의 각종 점검 및 시험에 사용되는 장비의 신뢰도와 정밀도를 합리적으로 관리 운영하여야 한다고 규정되어 있다.

또한 우리 회사는 전사의 측정 및 시험장비 유지 관리를 위하여 “측정 및 시험 장비 관리시스템”을 개발하여 사용하고 있다.

따라서 ○발전소는 보유한 측정 및 시험장비를 시스템에 등록하고 교정관리, 대출관리 등 시스템을 통하여 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○발전소에서 관리하고 있는 ##종의 시험장비 관리현황을 점검한 결과, 대출관리, 교정관리, 교정자 자격관리 등은 절차에 따라 관리되지 않고 있고, ##종 모두 교정일자가 초과되어 사용보류 상태로 관리되고 있어 이에 대한 개선이 필요하다.

관계부서 의견 ○발전소 ▲부는 감사결과를 수용하면서 관련 절차서에 따라 측정 및 시험장비가 관리되도록 하겠다고 하였다.

조치할 사항 ○발전소장은

- ① 보유하고 있는 ##종의 시험장비에 대한 교정결과를 즉시 측정 및 시험장비 관리시스템에 등록하시고 앞으로는 시스템을 통한 관리(교정, 대출, 자격관리 등)를 하시기 바라며,(통보 1)
- ② 대출관리, 교정관리, 교정자 자격관리 등 절차서에 따라 관리될 수 있도록 조치 하시기 바랍니다.(통보 2)