

일련번호	27	감사자	환경3급 허 현		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 통합관측소 위탁관리 용역 관리 철저

소 관 부 서 ○○○○○○○처

조 치 부 서 ○○○○○○○처

내 용

1. 업무개요

○○○○○○○○처는 댐 상류 유입지류의 오염물질에 대한 통합, 연속적 모니터링을 위해 ㉠㉠부 역무대행사업으로 수량-수질 통합관측소를 운영하고 있으며, 관측소의 원활한 운영·관리 및 안정적인 데이터의 확보를 위해 관련 부대장비를 전문관리 업체에 '22년부터 위탁관리 중이다.

한편, 각 통합관측소에서 생성된 데이터는 수질통합정보시스템(WQE)으로 연계되어 확인이 가능하다.

2. 관계규정 및 판단기준

「●●유역 통합관측소 위탁관리 용역(2023~2025) 과업지시서」 Ⅱ.일반 과업지시서 1.1 과업의 개요에 따르면 계약상대자는 통합관측소 및 다항목수질 측정기, 자동시료채취기, 수중펌프, 수위계 등 내·외부 모든 기기를 관리하여야 하며, 과업 점검 주기 및 내용을 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○○처에서 관리하고 있는 통합관측소 데이터를 수질통합정보시스템(WQE)에서 확인한 결과, ㉔㉔댐 산계교 통합관측소의 수질데이터 중 전기전도도가 '23.12.08 11시경부터 상승하여 5,608 μ S/cm까지 상승하였다. 또한, '23.12.15 01시경부터는 수온 및 수소이온농도(pH)도 증가하여 각각 94℃ 및 86,006까지 증가한 수치로 측정되어 이상치를 나타내었다.

하지만, ○○○○○○○처에서 수행한 위탁관리 용역의 주간 점검일지를 확인한 결과, 데이터 이상치가 발생('23.12.08)한 이후 2회('23.12.13, '23.12.20)의 주간 점검을 실시하였으나, 표2와 같이 측정기 점검결과를 “양호”한 것으로 보고 하였으며, 그 이후 추가 점검일('23.12.22)에 “점검기기 이상”으로 측정기를 반출·수리하였다.

해당 사업은 ㉔㉔부 역무대행사업으로, 통합관측소에서 측정된 데이터를 통해 수자원 시설 운영 의사결정 지원, 오염원 발생원 및 영향 조사, 댐 방류 영향 검토 등 다양하게 활용되고 있어 면밀한 관리가 필요하므로, 측정데이터 관리를 포함한 통합관측소 위탁관리 용역 전반에 대한 관리 강화가 필요한 실정이다.

관계부서 의견 ○○○○○○○처는 감사의견을 수용하며, 용역관리를 강화 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○○○처장은 통합관측소 측정 데이터가 신뢰성을 확보 할 수 있도록 위탁관리 용역 관리 및 측정 데이터 관리를 강화하시기 바랍니다.

(통보)