

현지조치사항 내역서(⊗⊗♠⊗△)

No	현황 및 문제점	조치방안
013	○ 자동제세동기(AED) 관리점검 미흡 「자동제세동기(AED) 관리점검 철저 알림」(≡\$★●◇-735(2021.3.15.) 및 「공공장소 및 다중이용시설의 자동심장충격기(AED) 설치 및 관리 지침」(▶♠⊗↖C0, 2020.10.)에 따라 자동제세동기는 매월 1회 이상의 정기점검을 실시하여 항상 사용 가능하도록 관리하여야 하나, - 2023년 12월 정기점검을 누락하였음을 확인함.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행