

번호	지적 건명 및 내용	조치의견	결과회보 여부
009	○ 공기구 관리 미흡 해외사업장의 사업수행을 위한 공기구 확보, 공기구관리 및 관리전환 등 해외사업장에서 사용하는 공기구의 효율적인 확보 및 관리를 하여야 함에도, - (□★●●★⊗⊠△) 검교정 대상 장비 26건 중 일부 검교정을 미시행 중이며, ERP 검교정 현황 등록 관리와 고가 대상 장비의 관리자 지정 및 설비이력 카드 내 사진 첨부, 공기구명 등록을 누락하여 관리하고 있음.	◦ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행	결과회보