

IV. 현지조치사항 명세

□□사업소

No	현황 및 문제점	조치방안
002	○ 교정대상 품목 운영 및 관리 미흡 - 「공기구관리지침」 제20조(정기점검)에 따라 각종 계측기 및 측정공기구는 정기적으로 교정 검사기관에서 교정 검사를 받아야 하고, - 「측정기교정검사지침」 제11조(교정주기)와 제14조(사업소 측정기 교정관리)에 따라 교정대상 품목은 차후 교정일정에 맞추어 교정을 실시하고 교정완료 후 교정실시일자, 교정 주요내용(이력) 등을 빠짐없이 확인하여 차후 교정 일정에 지장이 없도록 측정기 교정관리를 해야 함에도, - 공기구 담당자는 ‘22년도 교정불가 처리 품목 2품목(교정불출 상태)을 입고처리 하지 않아 자산처리위원회를 통한 자산처리를 누락하였으며, 실린더 게이지 등 3품목은 교정기한이 초과 하였음에도, 교정 검사를 시행하지 하지 않은 것으로 확인됨.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행