

현지조치사항 내역서(000사업소)

No	현황 및 문제점	조치방안
019	○ 공기구 검교정 관리 미흡 「공기구관리지침」 및 「측정기교정검사지침」 제11조(교정주기)에 따라 계측기는 검교정 유효기간 경과 전에 교정해야 함에도, - DIAL GAUGE 등 75점에 대해 검교정 미시행 중이고, 22(■순지점)건은 지연 시행 중임을 확인함.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행