

감사결과처분(요구)서

일련번호	14	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△국립공원사무소 (△△△△국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . . 2020. . .	회신기일	2020. . . 2020. . .

△△△△국립공원사무소 (행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 수질 측정 소모품 관리·운영 소홀
관 계 기 관 △△△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 수질 측정 소모품(채수병) 구매 및 보유 현황

(2017.09.23~2020.09.감사일 현재)

구분	품목	구매일	구매 수량	제조일	유효기간	사용내역		보관내역		비고
						사용일	사용수량	잔량	유효기간 만료여부	
1	무균채수병 1ℓ	14.04.17	150	-	멸균일로부터 3년	2017	0	150	○	기간만료
						2018	0	150	○	기간만료
						2019	0	150	○	기간만료
						2020	15	135	○	기간만료 (폐기예정)
2	무균채수병 2ℓ	13.12.26.	100	-	멸균일로부터 3년	2017	48	10	○	기간만료
						2018	8	2	○	기간만료
						2019	0	2	○	기간만료
						2020	0	2	○	기간만료 (폐기예정)
		18.11.08.	100	18.10.15.	멸균일로부터 3년	2018	0	100	×	·
						2019	27	73	×	·
						2020	6	67	×	·
		19.05.27.	100	19.05.15.	멸균일로부터 3년	2019	0	100	×	·
						2020	0	100	×	·
						2019	15	115	×	·
						2020	9	106	×	·

- 공단 ◁◁◁◁-1822호(2019.07.05.) 「수질 및 수질측정망 관리 철저」 및 ◁◁◁◁-436호 「2020년도 수질측정망 운영계획 시달」에 따르면 공원내 수질측정망 운영을 통한 수생태계의 효율적 보전을 위하여 수질 및 수질측정망 관리에 만전을 기하도록 하고 있으며, 또한 수질측정망에 대하여 지속적인 모니터링을 실시하도록 하고 있음
- △△△△국립공원사무소는 수질 업무를 추진함에 있어 무균채수병을 구매·사용하면서 유효기간이 만료된 무균채수병의 경우 폐기처분하는 등 수질측정 소모품을 효율적으로 관리·운영하여 함에도, 2020년 9월 감사일 현재 무균채수병 중 1리터 135개, 2리터 2개가 이미 유효기간 만료되었으나 그대로 보관하고 있는 등 수질 측정 소모품 관리·운영을 소홀히 한 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△국립공원사무소】
 - 유효기간 만료된 수질 측정 소모품(채수병) 폐기처분
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련