

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 통보

제 목 검사장비 교정 업무 부적정

소 관 부 서 ▶▶지사, ▣▣지사, ♠△지사

조 치 부 서 ▶▶지사, ♠△지사

내 용

1. 업무 개요

공단의 검사장비는 측정 소급성 유지를 위하여 검사장비별 교정주기에 맞춰 장비 운용 담당자가 국가교정기관에 교정을 의뢰한다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「승강기 및 기계식주차장 검사장비 관리규칙」 제16조에서 교정 대상 장비 선정기준 및 교정주기 산정기준을 정하고 있으며, 제20조에서 장비 운용 담당자는 교정 대상 장비에 대하여 차기 교정일까지 국가교정기관에 교정을 의뢰하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

장비운용 부서에서 교정주기가 도래되지 않은 장비 교정을 의뢰하여 교정한 내역이 [표]와 같이 확인되었다.

[표] 교정주기가 도래되지 않은 장비 교정 실시 현황

지사명	기기명	기기번호	교정주기	교정일자	금액(원)
▶▶지사	접촉식회전속도계	1808051	12개월	2023-02-10	72,500
				2023-04-11	72,500
■□지사	내외측캘리퍼(표준기)	134383	12개월	2023-02-11	16,400
				2023-12-05	16,400
♠△지사	밝기측정기 (광조도계)	210252	12개월	2023-10-23	131,700
				2023-11-15	131,700

장비 운용부서에서 교정주기가 도래하지 않은 교정 대상 장비를 중복하여 교정함으로써 불필요한 공단의 재정 지출이 발생하였다.

관계부서 의견 및 검토의견

① ■□지사는 표준기의 교정 월을 통합하기 위해 연간교정계획에 교정월 조정에 대한 근거를 마련하여 차기교정일자가 2월인 장비를 12월로 조정하여 교정을 실시하였다고 하였다. 검토 결과, 교정일 조정의 목적을 명확히 하여 계획을 수립하였으므로 ■□지사의 의견을 반영한다.

② ♠△지사는 교정주기 통일을 위해 중복으로 교정하였다고 하였으나, 교정주기 10월 23일을 11월 15일로 변경하기 위해 중복으로 교정하였다는 사실은 인정하기 어렵다.

조치할 사항 ▶▶지사장, ♠△지사장은

- ① 교정주기를 준수하여 교정이 실시되도록 관리하시기를 바랍니다. [주의(부서)]
- ② 장비운용 담당자에게 교정 대상 장비에 대해 차기 교정일을 준수하여 교정을 의뢰하도록 재발방지교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)