

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 시정요구·통보

제 목 교정주기 초과 장비 관리 미흡

소 관 부 서 ○○지역본부, ○○지사, □□지사, △▲지사

조 치 부 서 ○○지역본부, ○○지사, □□지사, △▲지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 검사업무에 일시적으로 사용하지 않는 등 교정대상에서 제외되는 장비가 발생할 경우, 장비에 미사용 장비표지를 부착하고, 미사용 장비로 전산에 등록하여 관리하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「승강기 및 기계식주차장 검사장비 관리규칙」 제7조 제3항에서 장비운용 담당자는 검사업무에 일시적으로 사용하지 않는 조건으로 교정대상에서 제외되는 장비가 발생할 경우 해당 장비를 전산에 등록 처리하고 이력관리를 하여야 하며, ‘미사용장비’ 표지를 부착하고, 잠금장치가 있는 보관함에 보관하는 등 타 장비와 구분하여 관리하도록 하고 있다.

「위험기계기구 검사장비 관리규칙」 [별표 1]과 [별표 2]에서 필수장비 및 보조장비의 교정주기를 정하고 있고, 제14조에서 장비운용 담당자는 교정대상 장비에 대하여 차기 교정일까지 국가교정기관에 교정을 의뢰하여야 한다.

따라서, 승강기 및 위험기계기구 장비운용 담당자는 검사장비에 대하여 차

기 교정일이 초과되기 전에 교정을 의뢰하고, 미사용 장비가 발생하는 경우 교정 대상에서 제외하고 장비에 미사용 표지부착과 잠금장치가 있는 보관함에 별도로 보관 후 전산에 미사용 장비로 등록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

특정감사 결과, 교정만료일이 지났음에도 검사장비 교정을 하지 않은 장비가 □□지사 4종, △▲지사 1종, ○○지사 41종 확인되었다. ※ 세부 명세 [별표 1] 참조

○○지역본부에서는 [표]와 같이 위험기계기구 검사장비 중 교정만료일이 지난 장비가 확인되었다.

[표] 위험기계기구 검사장비 미사용 지정 누락 현황

지역사무소	장비명(한글)	기기번호	취득일자	교정만료일
○○지역본부	만능회로시험기	110527411	2011.11.03	2024.03.26
		110527401	2011.11.03	2024.05.27
		160222403	2016.12.26	2024.04.18

관계부서 의견 및 검토의견

① ○○지사는 교정만료일까지 교정을 의뢰하지 않은 장비에 대하여 미사용 장비에 해당되어 교정을 받지 않았다고 의견을 제시하였다. 그러나 교정만료일이 경과하고, 교정을 의뢰하지 않은 장비는 미사용 장비로 전산등록하고, 미사용 장비표지 부착, 잠금장치가 있는 보관함에 보관하여야 한다.

② △▲지사는 감사기간 중 교정주기가 초과된 장비에 대해 미사용장비로 분류하였다.

③ ○○○지역본부는 만능회로 시험기가 2024. 1. 1. 규정이 개정되어 미사용장비로 분류되고, 교정대상에서 제외되었다고 하였다. 그러나, 미사용장비로 분류되고 교정대상에서 제외되었으면 즉시 미사용 장비로 전산등록하여 관리하였어야 한다.

조치할 사항

□□지사장은 차기 교정 일자를 초과한 검사장비에 대하여 즉시 교정을 의뢰하고 검사업무 시 사용하지 않는 장비는 미사용 장비로 전산 등록하고 미사용 표지를 부착해서 잠금장치가 있는 보관함에 보관하시기 바랍니다.(시정)

△▲지사장, ○○지사장은 차기 교정 일자를 초과하였다는 지적 내용에 대하여 감사대상기간 중 미사용 장비로 구분 관리하는 등 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례 재발방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 △▲지사장과 ○○지사장은 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. [통보(시정완료)]

○○지사장, □□지사장, △▲지사장은 승강기 검사장비의 교정만료일이 지나지 않도록 철저히 관리하시기 바라며, 미사용 장비로 관리전환 할 경우 전산등록, 미사용장비 표지부착, 별도 보관 등 미사용 장비 관리를 철저히 하시기 바랍니다. [주의(부서)]

○○지역본부장은 차기 교정 일자를 초과하였다는 지적 내용에 대하여 감사대상기간 중 미사용 장비로 구분 관리하는 등 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례 재발방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 ○○○지역본부장은 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. [통보(시정완료)]

◎◎지역본부장은 위험기계기구 검사장비를 미사용 장비로 지정할 경우 전산에 미사용 장비로 구분하고, 미사용 장비표지를 부착하여 잠금장치가 있는 보관함에 보관하는 등 미사용 장비 관리를 철저히 하시기 바랍니다. [주의(부서)]

[별표 1] 승강기 검사장비의 미사용 지정 누락 상세 내역

지역사무소	장비명(한글)	기기번호	취득일자	교정만료일
□□지사	조도계	160200545	2016-06-02	2022-11-05
	테이퍼형 틸트계이지	TTG-4032-1807-04	2020-01-01	2022-04-16
	테이퍼형 틸트계이지	TTG-4032-1807-10	2020-01-01	2022-03-13
	테이퍼형 틸트계이지	TTG-4032-1807-13	2020-01-01	교정 이력 없음
△▲지사	디지털각도계	302833	2017-12-29	2018-11-24
○○지사	접지저항계	1002941	2000-09-08	2021-07-09
	접지저항계	08400072K	2009-12-28	교정 이력 없음
	디지털버니어캘리퍼스	10052872	2010-07-05	2022.11.18
	디지털버니어캘리퍼스	11588497	2011-12-27	2020.05.17
	전압전류계	18180243	2011-12-27	2023.04.18
	전압전류계	18400152	2011-12-27	2023.11.16
	다기능절연저항계	13045304289	2013-06-24	2020.06.19
	푸쉬풀게이지	N9514D433	2014-12-26	2017.12.23
	푸쉬풀게이지	N9514D433	2014-12-26	2017.12.23
	다기능절연저항계	101560426	2016-12-20	2022.01.21
	조도계	160501446	2016-12-20	2020.07.04
	다기능절연저항계	101636073	2017-08-17	2021.07.08
	디지털버니어캘리퍼스	15473278	2017-08-17	교정 이력 없음
	푸쉬풀게이지	G9517F184	2017-08-17	교정 이력 없음
	회전속도계	M1760027R	2017-08-17	2022.02.22
	조도계	170900392	2017-12-29	교정 이력 없음
	조도계	170900399	2017-12-29	교정 이력 없음
	푸쉬풀게이지	3288	2017-12-29	2021.07.08
	전압전류계	40220241WS	2017-12-29	2022.01.21
	디지털버니어캘리퍼스	A17004675	2017-12-29	교정 이력 없음
	전압전류계	41060732WS	2018-05-25	교정 이력 없음
	회전속도계	1808033	2018-05-25	2021.04.07
	디지털버니어캘리퍼스	A18002165	2018-09-18	2023.07.20

지역사무소	장비명(한글)	기기번호	취득일자	교정만료일
	다기능절연저항계	101766363	2018-09-18	2021.08.11
	조도계	170602	2018-09-18	2022.01.19
	디지털버니어캘리퍼스	A18218046	2019-07-04	2020.05.21
	디지털버니어캘리퍼스	A18218761	2019-07-04	2020.05.21
	디지털버니어캘리퍼스	A18218776	2019-07-04	2020.05.21
	디지털각도계	1905193	2019-07-04	2021.06.07
	초시계	W1905014	2019-07-04	2021.05.25
	초시계	W1905015	2019-07-04	2023.05.20
	다기능절연저항계	101881436	2019-07-04	2020.06.22
	다기능절연저항계	101881437	2019-07-04	2020.06.21
	다기능절연저항계	101881438	2019-07-04	2020.06.21
	다기능절연저항계	101881440	2019-07-04	2020.06.22
	회전속도계	M2150066R	2021-08-03	2022.07.03
	초시계	HS-3-S153	2021-08-03	2023.07.02
	다기능절연저항계	54740122	2021-08-03	2022.07.13
	접지저항계	210060017	2021-08-03	2022.06.24
	접지저항계	210060029	2021-08-03	2022.06.24
	조도계	210337	2021-08-03	2022.07.08