

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 시정요구·통보

제 목 검사장비 교정 필증 부착 누락

소 관 부 서 ○◆지사 등 [별표] 기재 6개 지역사무소

조 치 부 서 ○◆지사 등 [별표] 기재 6개 지역사무소

내 용

1. 업무 개요

공단의 교정대상 장비는 국가교정기관에서 교정을 실시한다. 교정이 완료된 장비는 국가교정기관에서 전산에 교정결과를 입력하고, 검사장비에 교정필증을 부착하여 교정성적서 함께 공단에 제공하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「승강기 및 기계식주차장 검사장비 관리규칙」 제21조 제1항에서 장비운용 담당자는 교정이 완료된 장비의 교정성적서 및 교정필증 발급여부를 확인하고, 제4항에서 교정필증을 교정받은 당해장비에 부착하는 것을 원칙으로 하고 있다.

따라서, 장비운용 담당자는 교정이 완료된 장비에 교정 필증을 부착하여 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

특정감사 결과, □□지사 등 6개 지역사무소¹⁾에서 아래 [표]와 같이 교정 완료 후 발급된 교정 필증을 장비에 부착하지 않은 사실을 확인하였다.

1) □□지사, ▼▼지사, ■■지사, ●○지사, ○◆지사, ▲▲지역본부

[표] 최근 교정이 완료 후 발급된 교정필증 미부착

연번	지역사무소	장비명(한글)	기기번호	교정만료일
1	□□지사	디지털버니어캘리퍼스	14410238	2024-05-22
2	▼▼지사	분동(표준기:20kg)	04-247	2025-12-12
3	▼▼지사	분동(표준기:5kg)	03-164	2025-02-11
4	▣▣지사	분동(표준기:20kg)	4706	2025-12-01
5	●◎지사	분동(표준기:20kg)	4789	2025-06-15
6	⊙◆지사	금속줄자	ST-4002-1904-31	2024-05-18
7	⊙◆지사	감속도측정기	DPA-0240	2026-04-03
8	⊙◆지사	게이지블록(표준기)	210622	2024-07-26
9	▲▲지역본부	레이저거리측정기	303527179	2024-11-10

관계부서 의견 ▼▼지사 등 5개 지역사무소²⁾는 미부착된 교정 필증 장비에 대하여 교정 필증을 부착하고 교정 필증을 분실한 경우 재발급 또는 교정 성적서로 대체하여 관리하겠다는 의견을 제기하였다.

조치할 사항

□□지사장, ▼▼지사장, ⊙◆지사장, ●◎지사장은 교정 필증이 미부착된 장비에 대하여 감사대상기간 중 교정 필증을 부착하거나 재발급 또는 교정 성적서를 별도 보관 조치함에 따라 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다. [통보(시정완료)]

▣▣지사장, ▲▲지역본부장은 교정 필증이 미부착된 장비에 대하여 즉시 교정 필증을 부착하여 관리하시기 바랍니다. (시정)

⊙◆지사 등 6개 지역사무소³⁾장은 장비에 교정 필증 부착을 누락 하는 일이 없

2) □□지사, ▼▼지사, ▣▣지사, ⊙◆지사, ●◎지사

3) □□지사, ▼▼지사, ▣▣지사, ●◎지사, ⊙◆지사, ▲▲지역본부

도록 관리하시기 바랍니다. [주의(부서)]

[별표]

처분요구서별 소관부서 및 조치부서명 정의

처분요구제목	소관부서 및 조치부서명	부서명
⑫ 검사장비 교정 필증 부착 누락	☉◆지사 등 6개 지역사무소	□□지사, ▼▼지사, ▣▣지사, ●◎지사, ☉◆지사, ▲▲지역본부