

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 시정요구

제 목 검사장비 교정 정보 관리 미흡

소 관 부 서 ■△지사 등 [별표] 기재 5개 지역사무소

조 치 부 서 ■△지사 등 [별표] 기재 5개 지역사무소

내 용

1. 업무 개요

공단은 교정장비 품목과 교정주기 등을 국가교정기관에 제공하고 국가교정기관은 교정완료 후, 교정필증에 장비명, 기기번호, 교정주기, 차기교정일, 교정정보를 기재하여 공단에 제공한다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「승강기 및 기계식주차장 검사장비 관리규칙」 제21조 제4항에서 장비운용 책임자는 교정성적서, 교정필증을 확인하고 전산의 검사장비 관리를 통해 검사장비 이력현황을 함께 확인하도록 하고 있다.

따라서, 장비운용 책임자는 교정이 완료된 장비에 대해 국가교정기관에서 발급한 교정성적서, 교정필증, 장비이력현황을 확인하고 장비의 신뢰성이 보장되도록 관리하였어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

특정감사에서 교정 필증과 전산의 장비이력현황을 확인한 결과, ■△지사 등 5개 지역사무소¹⁾의 검사장비 교정 필증과 장비이력현황에서 교정 필증의 교

정주기 오기재, 기기번호 오기재 등 교정 내역이 일치하지 않는 현황을 [표]와 같이 확인하였다.

[표] 교정필증 기재사항 부적정 현황

연번	지역사무소	장비명(한글)	기기번호	문제점
1	●◎지사	각도계	DWL-80E-SS033	교정주기 오기재
2	■△지사	각도계	DWL-80E-SS071	교정주기 오기재
3	■△지사	각도계	DWL-80E-SS070	교정주기 오기재
4	■△지사	각도계	DWL-80E-SS069	교정주기 오기재
5	■△지사	각도계	DWL-80E-SS068	교정주기 오기재
6	▼◁지사	디지털각도계	DWL-80E-SS022	교정주기 오기재
7	▼◁지사	디지털각도계	DWL-80E-SS020	교정주기 오기재
8	㉠지역본부	가스농도측정기	SL0330044	기기번호 오기재
9	㉠지역본부	버니어캘리퍼스	A16075573	교정주기 오기재
10	♣◎지역본부	가스농도측정기	61000850	기기번호 오기재

관계부서 의견 및 검토결과 ▼◁지사는 교정업체의 계약 변경으로 인하여 교정주기가 오기재된 교정 필증의 재발급이 불가능하다는 의견을 제기하였다. 그러나 교정 필증은 현재 계약 유지와 관계없이 교정업체에서 재발급이 가능하다.

조치할 사항

●◎지사장, ■△지사장, ▼◁지사장은 승강기 검사장비에 교정주기가 오기재된 교정 필증을 제거하고, 교정 필증을 재발급하여 부착하시기 바랍니다. (시정)

㉠지역본부장, ♣◎지역본부장은 위험기계기구 장비에 기기번호가 오기재된 교정 필증을 제거하고, 교정 필증을 재발급하여 장비에 부착하시기 바랍니다. (시정)

1) ●◎지사, ■△지사, ▼◁지사, ㉠지역본부, ♣◎지역본부

■△지사 등 5개 지역사무소²⁾장은 앞으로 장비에 오기재된 교정 필증이 부착되는 일이 없도록 관리하시기 바랍니다. [주의(부서)]

2) ●◎지사, ■△지사, ▼◁지사, ○●지역본부, ♣◎지역본부

[별표]

처분요구서별 소관부서 및 조치부서명 정의

처분요구제목	소관부서 및 조치부서명	부서명
⑬ 검사장비 교정 정보 관리 미흡	■△지사 등 5개 지역사무소	●◎지사, ■△지사, ▼◁지사, ①②지역본부, ♣③지역본부