

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 통보

제 목 검사장비 사용 중지 표지부착 미흡

소 관 부 서 ○○지사, ●▲지사

조 치 부 서 ○○지사, ●▲지사

내 용

1. 업무 개요

공단은 승강기 검사에 사용하는 장비 중 사용이 불가능하여 폐기하고자 하는 장비, 장비의 정확도 유지를 위해 수시교정이 필요한 장비 등에 ‘사용중지’ 표지를 부착하여 승강기 검사에 사용하는 장비와 구분하여 관리하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「승강기 및 기계식주차장 검사장비 관리규칙」 제12조에서 일상점검과 중간점검 실시결과 불합격한 장비 중 공단본부에 폐기 요청 및 반납하여야 하는 장비에 대하여는 ‘사용중지’ 표지를 부착하여 반납 시까지 다른 장비와 구분하여 보관하도록 하고 있다.

「승강기 및 기계식주차장 검사장비 관리규칙」 제24조에서 장비의 정확도 유지 또는 효율적인 장비사용을 위해서 교정이 필요한 경우 수시교정이 필요한 경우 장비운용 담당자는 교정의뢰 시까지 ‘사용중지’ 표지를 부착하여 다른 보관장비와 구분해서 보관하여야 한다.

「승강기 및 기계식주차장 검사장비 관리규칙」 제31조 제1항에서 장비운용

책임자는 심하게 파손 또는 변형되어 수리가 불가능한 경우, 고장난 검사장비로 써 수리하여도 사용 불가능하다고 판단되는 경우 등 사용이 불가능한 장비를 폐기하고자 하는 경우에는 「물품관리규정」의 절차에 따라 불용 요청을 하고, 그 사실을 장비관리 주관부서장에게 알려야 하며, 불용 요청 장비는 ‘사용중지’ 표지를 부착하여 검사에 사용되지 않도록 하여야 한다.

「승강기 및 기계식주차장 검사장비 관리규칙」 제3조에서 ‘미사용장비’란 검사업무에 일시적으로 사용하지 않는 조건으로 교정대상에서 제외되는 장비라고 정하고 있다.

「승강기 및 기계식주차장 검사장비 관리규칙」 제7조 제3항에서 장비 운용 담당자는 미사용장비가 발생할 경우 해당 장비를 전산에 등록 처리하고 이력관리를 하여야 하며, ‘미사용 장비’ 표지를 부착하고, 잠금장치가 있는 보관함에 보관하는 등 타 장비와 구분하여 관리하도록 하고 있다.

따라서, 정확도 유지를 위해 수시교정이 필요한 장비, 고장 등의 사유 등으로 사용이 불가능한 장비는 ‘사용중지’ 표지를 부착하고, 검사업무에 일시적으로 사용하지 않는 조건으로 교정에서 제외하고자 하는 장비는 ‘미사용 장비’ 표지를 부착하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○지사에서는 사용은 가능하나 일시적으로 사용하지 않는 장비에 대해 ‘미사용장비’ 표지를 부착하여야 하나 ‘사용중지’ 표지를 부착하여 관리하였다.

[표 1] 미사용 장비에 사용중지 표지 부착 현황

연번	장비명(한글)	모델명	기기번호
1	토크렌치	900DB3	
2	토크렌치	900DB3	
3	고전압절연저항계	MIS-3D	
4	고전압절연저항계	MIS-3D	
5	디지털각도계	MDM-250	
6	디지털버니어캘리퍼스	CD-15CPX	
7	디지털버니어캘리퍼스	500-182	
8	회전속도계	FGN-50B	
9	조도계	TM-205	
10	조도계	TM-205	
11	조도계	TM-205	
12	디지털각도계	MDM-300	
13	디지털버니어캘리퍼스	CD-15CPX	
14	다기능절연저항계	HG561H	
15	회전속도계	DT-105A	
16	회전속도계	DT-105A	
17	조도계	1335	
18	조도계	TES 1335	
19	조도계	TES 1335	
20	조도계	TES 1335	
21	조도계	TES 1335	

또한, ●▲지사에서는 여러 장비로 통합되어 구성된 사용 불가능한 장비 중 일부 장비에만 ‘사용중지’ 표지를 부착하여 사용 가능 장비와 사용 불가능한 장비의 구분을 명확하게 하지 않았다.

[표 2] 사용중지표지 부착 누락 현황

장비명(한글)	모델명	기기번호
I scope	I scope	147

이와 같이 교정에서 제외하기 위한 미사용 장비에 ‘사용중지’ 표지를 부착하여 장비 관리의 혼선을 초래하였으며, 보관 장비의 상태를 명확하게 파악하는 것을 어렵게 만들었다.

또한 구성 장비 중 일부에만 ‘사용중지’ 표지를 부착하여 장비의 상태 판단에 대한 혼란을 일으켰다.

관계부서 의견 ○○지사는 ‘사용중지’ 표지를 즉시 제거하였으며, 미사용 장비 관리를 명확히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○지사장은

① 미사용 장비에 ‘사용중지’ 표지를 부착한 지적에 대하여 감사대상기간 중 ‘사용중지’ 표지를 제거함에 따라 ‘시정’이 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바라고, [통보(시정완료)]

② 미사용장비에 ‘사용중지’ 표지를 부착하는 일이 없도록 관리하시기 바랍니다.

[주의(부서)]

●▲지사장은 여러 장비로 통합되어 구성된 사용 불가능한 장비 중 일부 장비에

만 미사용중지 표지를 부착한 지적에 대하여 감사대상기간 중 구성 모든 장비에
사용중지표지를 부착하여 조치함에 따라 시정이 완료되었으나, 향후 유사 사례
등 재발방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바라고 사
용이 불가능한 장비에 ‘사용중지’ 표지부착을 누락 하는 일이 없도록 관리하
시기 바랍니다. [통보(시정완료)]