

주의 요구 및 통보

【8】

제 목 ㉠ 관리 소홀
소 관 부 서 ㉡ 본부 ㉢부
조 치 부 서 ㉡ 본부 ㉣부, ㉢부
내 용

1. 업무 개요

㉡ 본부는 상시 근로자가 300명 이상인 발전사업자로서 「산업안전보건법」과 「응급의료에 관한 법률」에 따라 보건관리자가 상주 근무하고 ㉠ XX대를 본관 및 발전설비 현장에 설치·운영하고 있으며 ㉠의 관리 업무는 ㉢부에서 담당하고 있다.

[표 1] ㉡ 본부 ㉠ 설치 현황

설치 위치	수량	제조 일자	교체 주기(본품/㉠/㉡)
본관 1층, 현장 운전원실 등	xx	20xx. xx. ~ 20xx. xx.	10년 / 2년 / 2년

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

「응급의료법」에 따르면 ㉠을 설치한 시설에는 출입구 또는 여러 사람이 인지하기 좋은 곳에 ㉡을 부착하여야 하며 ㉠은 매월 1회 이상 점검하고 장비의 폐기·이전 시에는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다.

또한 같은 법 「시행규칙」에 따르면 ㉠을 설치한 자는 관리에 관한 서류를 작성·비치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도 실지감사기간 중 ㉠ 설치 현장을 점검한 결과 ㉡ 본부에 설치한 xx대 중 보일러 건물 x개소는 ㉠이 미배치되어 있었고 x대는 ㉢㉢의 교체 기한(2년 주기)이 이미 경과한 상태였으며 x개소에는 ㉢㉣이 부착되어 있지 않았다.

또한 ㉠의 점검결과를 관계기관에 보고하는 앱에는 xx월 xx일까지 xx대 모두 상태가 양호한 것으로 결과 입력하였으나 현장에 부착된 x개소의 관리 서류(월간 점검표)에는 x~xx월 중 일부가 기입되어 있지 않는 등 ㉠에 대한 현장 점검이 평소 제대로 이루어졌는지 신뢰하기 어려웠다.

그 결과 ㉠의 임의 미배치, ㉠ 미작동으로 인하여 상황 발생 시 제대로 대응하지 못할 우려가 있고, 외부 기관 지적의 소지가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과 ㉡ 본부 ㉢부는 ㉠ 관리 업무에 미흡한 점이 있었음을 인정하고 즉시 조치 및 철저한 관리 시행 의견을 제시하였으며 현장 점검 시 없었던 보일러 건물의 ㉠ x대는 분실이 아니라 보관함이 손상되어 교체를 시행하기 위하여 월간점검(20xx. xx. xx.) 시 회수한 것으로 소명하였다.

조치할 사항

㉡ 본부장은

- ① 본부 내 ㉠을 소홀하게 관리한 관련자(2명)에 대해 신분 조치하고, 향후 유사 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. [주의]

- ② ㉔ 미배치 등 미비사항에 대하여 즉시 정상화 조치를 시행하고, 법령을 준수
한 관리 강화 방안을 마련하시기 바랍니다. [통보]

관 련 자

성 명	직급	담당기간	담당업무	근무처	조치요구
○○○	x	20xx. x. ~	□□□□□□	㉔ 본부 ㉔부	주의
○○○	x	20xx. x. ~	□□□□□□	㉔ 본부 ㉔부	경고