

주의요구

제 목 방사선작업종사자 피폭선량 측정 불철저

소 관 부 서(기관) ○○본부

조 치 부 서(기관) ○○본부

내 용

1. 업무 개요

○○본부는 방사선 발생장치인 ○○기 ●●장치를 운용하기 위해 「원자력안전법」에 따라 원자력관계사업자로 등록하고, 방사선작업종사자를 지정하여 관리하고 있다.

2. 판단 기준

「원자력안전법」 제91조(방사선장해방지조치) 및 같은 법 시행령 제131조(측정) 및 제133조(피폭관리)에 따르면 원자력관계사업자는 방사선작업종사자의 피폭선량을 측정하고 개인피폭선량이 선량한도를 초과하지 않도록 피폭선량 평가 및 피폭관리를 하도록 되어 있다.

피폭선량을 측정하는 이유는 방사선작업종사자의 방사선 노출 정도를 확인하여 선량한도 초과 여부를 관리함으로써 방사선 피폭으로 인한 근로자의 건강장해를 예방하기 위함이다.

따라서 ○○본부는 방사선작업종사자의 피폭선량 측정이 누락되지 않도록 관리

하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. XX.부터 20XX. X. XX. 감사일 현재까지 방사선작업종사자의 피폭선량 측정여부를 점검한 결과 방사선작업종사자 일부 인원에 대한 피폭선량을 측정하지 않았다.

그 결과 방사선작업종사자의 선량한도 초과여부를 확인할 수 없어 건강장해 여부를 판단할 수 없는 실정이다.

관련부서(기관) 의견 ◎◎본부는 감사 결과를 수용하면서 향후 방사선작업종사자의 피폭선량 측정을 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◎◎본부장은

방사선작업종사자의 피폭선량 측정을 철저히 하시기 바랍니다.(주의)