

3. 의료장비 유지보수용역 관리 부적정

어린이병원 산과에서 운용중인 심장초음파영상진단기(ACUSON SC2000)의 원활한 가동 보장을 위하여 2023. 5. 24. ○○○○○○(주)과 유지보수용역 계약을 체결(계약번호: 일반용역 표준계약서 202230524-0001) 하였으며, 계약서 제6조제3항에 따라 의료장비에 대한 정기 예방정비(월 1회 이상) 및 고장 수리를 실시할 경우 의공학과 직원의 검사를 받아야 하며, 용역업체는 익월 초에 정비보수 검사원을 제출하고 병원은 특별한 사유가 없는 한 대가를 지불하여야 한다.

2023년 5월부터 2023년 8월까지 해당 유지보수용역 계약에 대한 검수 현황을 확인한 결과, 어린이병원 관리지원팀은 2023년 5·6월분 검수조서를 2023. 7. 26. 물류관리과로 송부하였으나 장비유지보수 과정에서 의공학과 직원의 검사를 받은 정비 내역, 실시일자 등을 확인 할 수 있는 증빙자료가 없었고, 2023년 7·8월 유지보수용역 이행내역은 확인되지 않는 등 유지보수용역 계약이행 확인과 용역비 정산 지급 관련 절차가 적절히 이행되지 못하였다.

[표 3] 심장초음파영상진단기 유지보수용역비 처리 현황

구분	내역			
대상 장비	심장초음파영상진단기			
장비 규격	ACUSON SC2000			
유지보수용역 계약기간	2023. 5. 24. ~ 2024. 5. 23.			
검수 대상 기간	2023. 5.	2023. 6.	2023. 7.	2023. 8.
용역비	348,380원	1,350,000원	1,350,000원	1,350,000원
유지보수용역 검수조서	2023. 7. 25.	2023. 7. 25.	미확인	미확인

<조치할 사항>

【주의】 정기 예방정비 및 고장수리 시 의공학과 직원의 검사를 받아 계약조건의 이행사항을 확인하여 유지보수용역비가 적정하게 지급될 수 있도록 업무를 철저히 하기 바랍니다.

【관련자】○○ ○급 ○○○